

T.ZP.261.55.2015

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Do dnia 17.02.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 1 dopuści kieliszek do podawania leków ze skalą do 25ml?
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 1 dopuści pojemniki ze skalą co 20ml?
3. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

4. **dotyczy numeru katalogowego:** Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.
5. **Pakiet nr 4:** Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne?
6. **Pakiet nr 8:** Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do tlenu sterylne?
7. **Pakiet nr 8:** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o średnicy zewnętrznej 11mm?
8. **Pakiet nr 8:** Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?
9. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 poz. 1 basen jednorazowy płaski pakowany po 120 szt. w opakowaniu zbiorczym: 28 x 39 x 80 cm?

10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 poz. 2 miski do mycia poj.3000 ml. pakowane po 120 szt. w opakowaniu zbiorczym: 30 x 30 x 80 cm?
11. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 poz. 4 miskę nerkową pakowaną po 250 szt. w opakowaniu zbiorczym: 26 x 28 x 80 cm?
12. **Pakiet nr 10 poz. 1**
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
13. **Pakiet nr 10 poz. 1**
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę do 4 miejsc po przecinku.
14. **Pakiet nr 10 poz. 1**
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z języczkiem ułatwiającym zdejmowanie o rozmiarze 36 x 40 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
15. **Pakiet nr 10 poz. 1**
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 30 x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Iгла chirurgiczna wielorazowa, okrągła ½ koła GR 4, długość 65mm, do szycia mięśni.
17. **Dot. pak. nr 3 poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania wkładu workowego o pojemności 1000 ml lub 2000ml posiadającego pętlę do obsługi przez osoby lewo oraz praworęczne, jako równoważnego do wymaganego o poj. 1500 ml. Pozostałe parametry techniczne zgodnie ze SIWZ.
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, na czas związania umową, zobowiązujemy się do nieodpłatnego wyposażenia ssaków w odpowiedniej wielkości kompatybilne zbiorniki.
18. **Dot. pak. nr 3 poz. 2**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania wkładu workowego o pojemności 2000 ml lub 3000ml posiadającego pętlę do obsługi przez osoby lewo oraz praworęczne, jako równoważnego do wymaganego o poj. 2500 ml. Pozostałe parametry techniczne zgodnie ze SIWZ.
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, na czas związania umową, zobowiązujemy się do nieodpłatnego wyposażenia ssaków w odpowiedniej wielkości kompatybilne zbiorniki.
19. **Dot. pak. nr 3 poz. 7**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania butli zbiornika z poliwęglanu o pojemności 2000 ml. lub 3000ml. Pozostałe parametry techniczne zgodnie ze SIWZ.
20. **Pakiet nr 3 poz. 7**
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy butla zbiornik z poliwęglanu powinien być przewidziany do standardowej sterylizacji w autoklawie w granicach 121 stopni Celsjusza.
21. **Dot. upoważnienia**
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
22. **Dot. formularz ofertowy i cenowy**
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

23. **Dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację ww ust. na zapis:

W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów **z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorrespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi**, którą Zamawiający zobowiązany (...)

24. **Dot. § 10 ust. 2 wzoru umowy**

W/w ust. zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w całości lub w części także w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przypadku: 1) opóźnienia w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 5 lub opóźnienia wymiany towaru w terminie określonym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;”.

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: „.....**za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową oraz:**

1/ powtarzającej się **trzykrotnej** kolejnej zlej jakości przedmiotu umowy

2/ w przypadku reklamowania towaru z tej samej przyczyny co najmniej **kolejno 3-krotnie**

3/ bezzasadnego nie uwzględniania reklamacji ”.

25. **Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków o pojemności 30 ml ze skalą co 5 ml, spełniające pozostałe wymagania ?

26. **Pakiet 4,**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych worków do dobowej zbiórki moczu, spełniające pozostałe wymagania ?

27. **Pakiet 6,**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego pojemnika bakteriologicznego 20 ml z dwoma drenami zakończonymi końcówkami o jednakowej długości 24 cm (długość z końcówkami 28-29 cm), bez dodatkowej dwustronnej końcówki, pakowanego pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 250 sztuk?

28. **Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maty dekontaminacyjnej o wymiarach 115x45 cm, spełniającej pozostałe wymagania ?

29. **Pakiet 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego przedłużacza do tlenu, spełniającego pozostałe wymagania?

30. **Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników na zużyte igły zawierające etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

31. **Pakiet 16, pozycja 3**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie złożyć ofertę w bardzo konkurencyjnej cenie.

32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, poz. 1 dopuści szczotki o następujących parametrach: dwustronne, zakończone plastikową kulką, długość 2300 mm, pasujące do kanałów 2-4,2 mm, średnica główek 7 mm, dł. główek 20 mm?

33. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 15, poz. 1 i utworzy z niej oddzielny pakiet np. 15 a?

34. Dotyczy pakietu 13 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika zakręcanego o pojemności 150 ml , pozostałe wymagania jak w SIWZ?
35. Dotyczy pakietu 13 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 250 ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ?
36. Dotyczy pakietu 13 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 500 ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ?
37. Dotyczy pakietu 13 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 1000 ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ?
38. Dotyczy pakietu 13 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 2300 ml , pozostałe wymagania jak w SIWZ?
39. Dotyczy pakietu 13 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 3000 ml , pozostałe wymagania jak w SIWZ?
40. Dotyczy pakietu 13 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 5000 ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ?
41. dot. Pakietu nr 16 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wymogi dekontaminacji w zakresie:
- mycie ultradźwiękowe
 - roztwór detergentu
 - 70% alkohol etylowy lub izopropylowy
 - 2-3,5% roztwór aldehydu glutarowego
 - sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu
 - sterylizacja parą (autoklaw)
- Przy zastrzeżeniu, że sterylizacja zaworu musi się odbywać i być zgodna z instrukcją dekontaminacji danego bronchoskopu.
42. dot. Pakietu nr 16 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wymóg zgodności metody dekontaminacji w zakresie:
- roztwór detergentu
 - 70% alkohol etylowy lub izopropylowy
 - 2-3,5% roztwór aldehydu glutarowego
 - roztwór środka dezynfekującego
43. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą o możliwość dokonania przez Wykonawcę modyfikacji oświadczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ), gdzie wymienimy wskazane powyżej warunki dekontaminacji.

44. dot. Pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie akcesoriów (np. filtr do ssaka), które nie są objęte ustawą o wyrobach medycznych i nie mają obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu?

45. Dot. wzoru umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara w § 9 ust. 2 była naliczana dopiero po upływie terminu na wymianę wadliwego towaru na nowy.

46. **Pakiet 4:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków na mocz pakowanych w jednostkowe opakowanie sterylne foliowe i opakowanie zbiorcze max po 250szt, spełniających pozostałe wymogi siwz.

47. **Pakiet 4:**

Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma być wyposażony w port do pobierania próbek moczu, bez konieczności rozłączania systemu?

48. **Pakiet 4:**

Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać podwójny zgrzew, co gwarantuje jego szczelność?

49. **Pakiet 9:**

Prosimy o sprecyzowanie czy bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej ma zawierać 0,05% roztwór chlorku cetylopirydyny, tak jak w obecnie stosowanych zestawach?

50. **Pakiet 9:**

Prosimy o sprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika, tak jak w obecnie stosowanym zestawie?

51. **Dotyczy zapisów siwz:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

52. **Pakiet 17 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie inhalatora zakwalifikowanego jako urządzenie klasy II typu A?

53. **Pakiet 17 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby procesowi dekontaminacji mogły być podawane wszystkie części zestawu do nebulizacji (również przewód)?

cu
1

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1–Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na podawanie cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku.
- Ad.4 Zamawiający dopuszcza możliwość podawania w wymaganych dokumentach numerów wewnętrznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
- Ad.5–Ad.6 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.8 Zamawiający nie wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał proponowane parametry.
- Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.10 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.12 Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny przedmiotowej pozycji za opakowanie, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
- Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na podawanie cen jednostkowych netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
- Ad.14 i Ad.15 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.16 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.17-Ad.19 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.20 Zamawiający wyjaśnia, że butla zbiornik nie jest przewidziana do przeprowadzania standardowej sterylizacji.
- Ad.21 Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.
- Ad.22 Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

- Ad.23 i Ad.24 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści zapisów projektu umowy.
- Ad.25 i Ad.26 Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.27 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.28-Ad.30 Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.31 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu.
- Ad.32 Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.33 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.
- Ad.34-Ad.40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.41-Ad.43 Zamawiający dokładnie określił zakres dekontaminacji przedmiotu zamówienia w SIWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania tylko takiego przedmiotu zamówienia, dla którego przewidziany jest procesom dekontaminacji na warunkach podanych w SIWZ.
- Ad.44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia, które nie są objęte ustawą o wyrobach medycznych i nie mają obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu.
- Ad.45 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści zapisu projektu umowy.
- Ad.46 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, jednak nie wymaga zaoferowania jednostkowych opakowań sterylnych foliowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach zbiorczych maksymalnie po 250 sztuk, pod warunkiem pojedynczego pakowania oferowanych worków.
- Ad.47-Ad.48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.49 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad.50 Zamawiający wyjaśnia, że pojedyncze opakowanie oferowanego przedmiotu zamówienia może pełnić funkcję pojemnika ale nie jest to wymóg bezwzględny.
- Ad.51 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia opisanego w zapytaniu sposobu weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.
- Ad.52 Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w SIWZ: Inhalator pneumatyczno-tłokowy, urządzenie klasy typu B i Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie.
- Ad.53 Zamawiający wymaga, aby cały zestaw do inhalacji: nebulizator, ustnik, przewód nadał się do poddania procesowi dekontaminacji.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

