

E.ZP.261.4.2018

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej oraz modernizację systemu archiwizacji danych obrazowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w załączniku przesyłam pismo informujące o możliwości rozszerzenia przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Pytanie 2:

Dotyczy treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie pakietu nr 5 jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej dwie dostawy:
 - a) Lamp bezcieniowych operacyjnych o wartości 100 000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na podobny przedmiot zamówienia uzna również warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie dostawy lamp bezcieniowych operacyjnych o wartości minimum 100.000,00 zł. brutto każda – zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 19.03.2018 r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 5: Lampa bezcieniowa operacyjna z systemem multimedialnym

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wyprofilowanymi obudowami głowic w kształcie koła umożliwiającymi pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy operacyjnej z wyprofilowanymi obudowami głowic w kształcie koła umożliwiającymi pochylenie się lekarzom bez zastaniania części pola operacyjnego

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą główną wyposażoną w 89 diod?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z kopułą główną wyposażoną w 89 diod.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą satelitarną wyposażoną w 39 diod LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 160 000 lux, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z kopułą satelitarną wyposażoną w 39 diod LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 160 000 lux.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego dla czaszy głównej w zakresie 200mm – 420mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z regulowaną średnicą pola roboczego dla czaszy głównej w zakresie 200mm – 420mm.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego dla satelity w zakresie 150mm – 320mm?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z regulowaną średnicą pola roboczego dla satelity w zakresie 150mm – 320mm.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowanym natężeniem światła w 6 stopniach z możliwością aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z regulowanym natężeniem światła w 6 stopniach z możliwością aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem.



Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100°K do 5000°K w 5 krokach z możliwością szybkiego ustawienia na wybraną wartość w tym np. 4200°K, a więc bardzo zbliżoną do wartości wymaganej w lp. 21 opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania lampy operacyjnej z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100°K do 5000°K w 5 krokach z możliwością szybkiego ustawienia na wybraną wartość w tym np. 4200°K.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną w współczynniku rekonstrukcji koloru na poziomie $Ra \geq 95$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania lampy operacyjnej w współczynniku rekonstrukcji koloru na poziomie $Ra \geq 95$.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego na poziomie $R9 \geq 95$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania lampy operacyjnej o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego na poziomie $R9 \geq 95$.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o całkowitym poborze mocy na poziomie 89W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania lampy operacyjnej o całkowitym poborze mocy na poziomie 89W.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, która charakteryzuje się wysoką bezcieniowością bez potrzeby stosowania opisanego aktywnego układu redukcji cieni? Oferowana lampa odznacza się wysoką bezcieniowością dzięki zastosowaniu wielu zachodzących na siebie wiązek światła. Ponadto zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie lampy operacyjnej o proponowanych parametrach. Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1-5 do SIWZ - Opiszem Przedmiotu Zamówienia.



Pytanie 14:

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

dotyczy punktu 8.2 ppkt e)

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca wykonał min. 2 dostawy aparatury medycznej (lamp bezcieniowych operacyjnych) na wartość równą lub większą niż wymagana przez Zamawiającego?

Obecny warunek jest określony dość rygorystycznie zważywszy, że wziąć udział w niniejszym postępowaniu może tylko wykonawca który dostarczył dokładnie asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia częściowego. Tymczasem wystarczającą rękojmię prawidłowego wykonania umowy daje także taki podmiot, który wykonał dostawy o równej lub wyższej wartości zbliżonego rodzaju tzn. aparatury medycznej. Standardy postępowania przy dostawach urządzeń medycznych są podobne, niezależnie od tego jaki dokładnie rodzaj urządzeń jest dostarczany. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie ww. zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na podobny przedmiot zamówienia uzna również warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie dostawy lamp bezcieniowych operacyjnych o wartości minimum 100.000,00 zł. brutto każda – zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 19.03.2018 r.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 7D – WZÓR UMOWY

Pytanie 15:

dotyczy §6 ust. 14

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

*„Wykonawca zobowiązuje się wymienić **uszkodzony podzespół** na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu”.*

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 14 tej umowy w sposób następujący:

*„14. Wykonawca zobowiązuje się wymienić **uszkodzony podzespół** na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”*

Pytanie 16:

dotyczy §8 ust. 1 pkt 5

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,3 % ceny brutto rzeczy (nie mniej jednak niż 30 zł), której brak realizacji dotyczy, za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu projektu umowy.

Pytanie 17:

dotyczy punkt 6 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej której kopuła główna wyposażona w 24 diody oraz kopuła satelity wyposażona w 12 diod .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej, której kopuła główna wyposażona jest w 24 diody oraz kopuła satelity wyposażona w 12 diod.

Pytanie 18:

dotyczy punktu 13 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej gdzie średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana jest w zakresie 200mm – 250 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy operacyjnej gdzie średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana jest w zakresie 200mm – 250 mm.

Pytanie 19:

dotyczy punkt 14 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej gdzie średnica pola roboczego dla czaszy satelitarnej regulowana jest w zakresie 200mm – 250 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy operacyjnej gdzie średnica pola roboczego dla czaszy satelitarnej regulowana jest w zakresie 200mm – 250 mm.

Pytanie 20:

dotyczy punktu 16 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej z regulacją natężenia światła w 6 stopniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy operacyjnej z regulacją natężenia światła w 6 stopniach.

Pytanie 21:

dotyczy punktu 18 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej z natężeniem światła regulowane w zakresie 10 ÷100% .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z natężeniem światła regulowanym w zakresie 10 ÷100%.

Pytanie 22:

dotyczy punktu 19 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej z głębokością oświetlenia 105 cm .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy operacyjnej z głębokością oświetlenia 105 cm.

Pytanie 23:

dotyczy punktu 20 Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości lampy operacyjnej z rozpiętością zogniskowania oświetlenia w zakresie 45-150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z rozpiętością zogniskowania oświetlenia w zakresie 45-150 cm.

Pytanie 24:

Pytanie 8 dotyczy punktu 21 Prosimy o dopuszczenie temperatury barwowej wynoszącej 3900K

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza temperaturę barwową wynoszącą 3900 K.

Pytanie 25:

dotyczy punktu 22 Prosimy o dopuszczenie Ra o wartości 95

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Ra o wartości 95.

Pytanie 26:

dotyczy punktu 23 Prosimy o dopuszczenie R9 o wartości 85

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza R9 o wartości 85.

Pytanie 27:

dotyczy punktu 24 Prosimy o dopuszczenie całkowitego poboru mocy o wartości 150W

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza całkowity pobór mocy o wartości 150W.

Pytanie 28:

dotyczy punktu 38 Prosimy o dopuszczenie kamery gdzie sterowanie zoomem odbywa się z panelu przy lampie natomiast sterowanie pozostałymi parametrami kamery odbywa się z panelu dotykowego na ścianie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kamery gdzie sterowanie zoomem odbywa się z panelu przy lampie natomiast sterowanie pozostałymi parametrami kamery odbywa się z panelu dotykowego na ścianie.

Pytanie 29:

Dotyczy załącznika nr 1-1 do SIWZ, pkt. 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK , z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i oprogramowania okres ten wynosi lat 5 oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z brzmieniem punktu 112 opisu stanowiącego załącznik nr 1-1 do SIWZ, wymaga minimum 10 - letniego okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letniego dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie. Według Zamawiającego sprzęt IT i oprogramowanie stanowi pozostałe urządzenia dla których okres gwarantowania dostępności części zamiennych wynosi 5 lat.

Pytanie 30:

Dotyczy załącznika nr 1-3 do SIWZ, pkt. 79

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 14 umowy stanowiącej załącznik nr 7c do SIWZ w sposób następujący:

„14. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Pytanie 31:

Dotyczy załącznika nr 1-3 do SIWZ, pkt. 83

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §6 ust. 16

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów USG jak również względy formalne prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 6 ust. 16 z umowy stanowiącej załącznik nr 7c do SIWZ. Wobec tego § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Warunki gwarancji i okres rękojmi

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego, posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji na obszarze RP oraz nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony.
2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na przedmiot umowy na warunkach i na okres wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – **Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych i punktowanych przedmiotu zamówienia**. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji oraz ewentualnie wymienić części eksploatacyjne.
4. Wykonawca wskazuje numer faksu/e-mail, na który Spółka lub Użytkownik może dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem
5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u Wykonawcy 24h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Spółka lub Użytkownik zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia wady w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Opóźnienie Użytkownika ze zgłoszeniem wady wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie, w jakim przyczyniło się ono do zwiększenia wady lub utrudniło jej usunięcie.
7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty zgłoszenia.
8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca:
 - 1) usunie wadę, albo
 - 2) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.
9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.
10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku, gdy wada nie wynika z przyczyn związanych z właściwościami przedmiotu, w szczególności konstrukcyjnych, produkcyjnych, materiałowych lub innych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Domniemywa się, że ujawniona wada wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Nieprawidłowe działanie osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada lub jego brak może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli:
 - 1) nie stosowały się one do dostarczonej instrukcji obsługi, lub
 - 2) ich zachowanie w sposób oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka).
12. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na:
 - 1) naprawie rzeczy,
 - 2) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,
 - 3) zmianie oprogramowania rzeczy lub usunięciu jego błędów,
 - 4) wymianie całej rzeczy na nową.

Mel
of

13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy oraz na wystawionym raporcie technicznym.
14. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespoł na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.
15. W przypadku konieczności naprawy aparatury w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada za wykonanie czynności gwarancyjnych u Użytkownika lub jeśli zachodzi taka potrzeba zapewnia na własny koszt transport aparatury do innego miejsca naprawy i z powrotem do Użytkownika.
16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, Spółka lub Użytkownik mają prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. W przypadku ukazania się w okresie gwarancji poprawek i aktualizacji dostarczonego specjalistycznego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać te poprawki Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia ich ukazania się. Na żądanie Użytkownika Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy w ich instalacji.
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.
19. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne przedmiotu dostawy w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta. Przegląd odbędzie się w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
21. W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.
22. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Spółka lub Użytkownik ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
23. Do dochodzenia w stosunku do Wykonawcy wszelkich praw z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy uprawnieni są samodzielnie Szpital lub Spółka.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową do gwarancji zastosowania mają przepisy art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego."

Pytanie 32:

Dotyczy załącznika nr 1-1 do SIWZ, pkt. 115

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 12 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?


Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 12 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 33:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym, a data produkcji wskazana jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – **Opis przedmiotu umowy – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych i punktowanych przedmiotu zamówienia** oraz, że przedmiot umowy w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania.



Wykonawca zapewnia, że wszelkie urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż przed rokiem produkcji wskazanym w ofercie i będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z umową bez jakichkolwiek wad i zostaną odpowiednio przetestowane przy pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi. Miejszem spełnienia świadczenia jest siedziba Użytkownika. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za urządzenia dostarczane w celu realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko utraty oraz ich uszkodzenia do czasu jego odbioru po uruchomieniu w miejscu do tego wyznaczonym przez Użytkownika. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia środkiem transportu zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w tym okresie w związku z pozostawieniem przedmiotu umowy, jego elementów lub wyposażenia w pomieszczeniach Użytkownika.”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są m.in. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 34:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §4 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o oprogramowanie dostarczane ze sprzętem dające możliwość korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o każde oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 3 w sposób następujący:

„3. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Użytkownika za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie dostarczanym w ramach realizacji umowy oraz za to, że Użytkownik wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.”

Pytanie 35:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie spełnia wymogi i umożliwi gromadzenie danych w zakresie opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 192 ze zm.).”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są m.in. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 36:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §6 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Administrator Danych Osobowych przyjmuje do akceptującej wiadomości listę subprocesorów Wykonawcy.”?

Z uwagi na globalny charakter świadczonych usług serwisowych np. zdalnego serwisu uprzejmie prosimy o dodanie zapisu, który umożliwi należenie wykonywanie usług serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, wyraża natomiast zgodę na modyfikację § 6 ust. 12 umowy stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ w sposób następujący:

„6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego powierzone dane osobowe. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Użytkownika o tych podmiotach oraz wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na ten inny podmiot przetwarzający – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie między Użytkownikiem a Wykonawcą, o których to obowiązkach mowa w art. 28 ust. 3 RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.”

Pytanie 37:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Montaż i instalację tomografu komputerowego uważa się za zakończoną w chwili, gdy jest on w pełni gotowy do używania, co obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu odbioru.”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 38:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony protokół odbioru, bądź inny dokument potwierdzający prawidłową realizację zamówienia. Fakturę należy wystawić na Spółkę i złożyć wraz z protokołem odbioru w Spółce pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 39:**Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca udziela pełnej gwarancji na przedmiot umowy na warunkach i na okres wskazany w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych i punktowanych przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania protokołu odbioru.”?*

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 40:**Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9 ust. 14**

Czy z uwagi na konstrukcję karty gwarancyjnej Wykonawcy, gdzie nie ma miejsc to wpisywania informacji dotyczących usterek Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne zastąpienie konieczności wpisu w karcie gwarancyjnej na wpis do paszportu technicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zdania pierwszego § 9 ust. 14 umowy stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ w sposób następujący:

„Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy oraz na wystawionym raporcie technicznym, a w przypadku braku w karcie gwarancyjnej miejsca do wpisywania informacji dotyczących usterek dopuszczalne jest zastąpienie wpisu w karcie gwarancyjnej wpisem wyłącznie do raportu technicznego.”


Pytanie 41:**Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9 ust. 15****Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §6 ust. 14**

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 15 umowy stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ w sposób następujący:

„15. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”



Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 14 umowy stanowiącej załącznik nr 7c do SIWZ w sposób następujący:

„14. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Pytanie 42:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca zobowiązuje się wymienić podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika sprzętu do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”?*

Wyjaśniamy, że aby można było się wywiązać z ww wymogu wymiany sprzętu na nowy (np. tomograf komputerowy), Wykonawca musiałby mieć na stanie magazynowym aparat identyczny z wyspecyfikowanym przez Zamawiającego, a jego cenę doliczyć do ceny oferty przetargowej. Tymczasem nawet najbardziej skomplikowana naprawa polegająca na wymianie całego uszkodzonego podzespołu z reguły trwa do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 15 umowy stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ w sposób następujący:

„15. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Pytanie 43:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9 ust. 17 i 23

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przez producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 44:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §9

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu mowy zapisu o treści: *„Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia.”?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a i 7c do SIWZ.

Pytanie 45:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §11 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapłaci Spółce poniższe kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany podzespołu na nowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty
- 2) za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto.
- 3) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 4) braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 300 zł), której brak realizacji dotyczy; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 5) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 7 ust. 11 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 6) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 300 zł.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ, ale wyraża zgodę na następującą zmianę, § 11 ust. 1 projektu umowy-załącznik nr 7a, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Spółce poniższe kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany podzespołu na nowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień zwłoki;
- 2) za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie;
- 3) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki;
- 4) braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 300 zł), której brak realizacji dotyczy;
- 5) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 7 ust. 11 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), za każdy dzień zwłoki;
- 6) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 300 zł.”

Pytanie 46:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody strony, może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 47:

Dotyczy załącznika nr 7a do SIWZ, §14 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniem odpowiedniego terminu dodatkowego.”?

Tęgo rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ.

Pytanie 48:

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru

a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.

Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”?

Prosimy o zmianę celem doprecyzowania praw i obowiązków stron związanych z procedurą odbiorową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7c do SIWZ.

Pytanie 49:

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony b protokół odbioru, bądź inny dokument potwierdzający prawidłową realizację zamówienia. Fakturę należy wystawić na Spółkę i złożyć wraz z protokołem odbioru w Spółce pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7c do SIWZ.

Pytanie 50:

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §6 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się wymienić podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 14 umowy stanowiącej załącznik nr 7c do SIWZ w sposób następujący:

„14. Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony podzespół na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Spółkę lub Użytkownika aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Pytanie 51:

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapłaci Spółce poniższe kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany podzespołu na nowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty
- 2) za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto.
- 3) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 4) braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 300 zł), której brak realizacji dotyczy; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 5) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 7 ust. 11 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), za każdy dzień zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto
- 6) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 300 zł.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane brzmienie § 8 ust. 1., wyraża natomiast zgodę na modyfikację § 8 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik nr 7c do SIWZ w sposób następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Spółce poniższe kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany podzespołu na nowy – w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień zwłoki;
- 2) za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie;
- 3) opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do diagnozowania wady – w wysokości 0,2 % ceny brutto rzeczy, w której ujawniono wadę (nie mniej jednak niż 20 zł) za każdy dzień opóźnienia;
- 4) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % ceny brutto rzeczy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki;
- 5) braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto rzeczy (nie mniej jednak niż 300 zł), której brak realizacji dotyczy;
- 6) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 4 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), za każdy dzień zwłoki;
- 7) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 300 zł.”

Pytanie 52:

Dotyczy załącznika nr 7c do SIWZ, §11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem wykonawcy do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowo.*”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7c do SIWZ.

Dotyczy Pakiet 2: Cyfrowy aparat RTG –1 kpl wraz z montażem

Pytanie 53:

Zamawiający w pkt. VIII ppkt. 91 wymaga „Wielkość obrazów panela detekcyjnego: 43x43 cm”. Prosimy o dopuszczenie parametru wielkości obrazów panela detekcyjnego: 42,5x42,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr wielkości obrazów panela detekcyjnego: 42,5x42,5 cm.

Pytanie 54:

Zamawiający w pkt. VIII ppkt. 92 wymaga „Rozdzielczość panela detekcyjnego $\geq 3000 \times 3000$ pikseli” Prosimy o dopuszczenie panela detekcyjnego o rozdzielczości 2869x2874 pikseli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza panel detekcyjny o rozdzielczości 2869x2874 pikseli.

Pytanie 55:

Zamawiający w pkt. VIII ppkt. 93 wymaga „Wielkość pojedynczego piksela $\leq 140 \mu\text{m}$ ” prosimy o dopuszczenie detektora o wielkości piksela 148 μm .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza detektor o wielkości piksela 148 μm .

Pytanie 56:

Zamawiający w pkt. VIII ppkt. 94 wymaga „Rozdzielczość przestrzenna $\geq 3,5 \text{ lp/mm}$ ”. Prosimy o dopuszczenie detektora o rozdzielczości przestrzennej 3,37 pl/mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza detektor o rozdzielczości przestrzennej 3,37 pl/mm.

Pytanie 57:

Zamawiający w pkt. VIII ppkt. 95 wymaga „Ilość pikseli $\geq 9,0$ miliona”. Prosimy o dopuszczenie detektora z ilością pikseli 8,24 miliona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza detektor z ilością pikseli 8,24 miliona.

Pytanie 58:

Dot. umowy paragraf 10 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z 3 % do 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy w przypadku braku realizacji w terminie o którym mowa w § 8 ust. 3 lub 21 umowy. Proponowana kara umowna przez Zamawiającego jest nieadekwatna do poniesionej szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ.

Pytanie 59:

Dot. SIWZ pkt. 10 ppkt 10.7 . Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w Opisach przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający uzna za spełnione w przypadku złożenia oświadczenia potwierdzające zgodność oferowanych parametrów technicznych z przedmiotem zamówienia oraz Pełnomocnictwo/Upoważnienie wystawione przez producenta dla dystrybutora do potwierdzania parametrów technicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z brzmieniem punktu 10.7 SIWZ, Zamawiający dopuszcza proponowany dokument na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w Opisach przedmiotu zamówienia.

Pytanie 60:

Czy w ramach adaptacji pomieszczenia pracowni RTG Zamawiający będzie wymagał dostarczenia mebli tj. biurka i krzesła do sterowni RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia proponowanych mebli tj. biurka i krzesła do sterowni RTG .

Pytanie 61:


Czy pomieszczenia pracowni RTG są wyposażone w niezbędną instalację ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej? Jeśli nie, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania takiej instalacji w ramach prac adaptacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania instalacji sygnalizacji świetlnej w ramach prac adaptacyjnych, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Pytanie 62:

Załączona dokumentacja powykonawcza zawiera nieprecyzyjne informacje w zakresie opisu osłon technologicznych w pomieszczeniach RTG. W punkcie 4.4.3 Opisu technicznego do projektu powykonawczego jest mowa o osłonach dla ścian pomiędzy pomieszczeniem RTG a biurem i pom. kierownika, podczas gdy zgodnie z załączonym rysunkiem 3a i 3b pomieszczenia RTG nie sąsiadują z biurem i pomieszczeniem kierownika. W związku z tym na podstawie tego opisu nie ma możliwości określenia które ściany w pomieszczeniu RTG zostały dodatkowo osłonięte. Prosimy o jednoznaczną informację, które ściany w pomieszczeniu RTG (pomieszczenie 1.28) zostały dodatkowo osłonięte i jakiego typu osłony zostały zastosowane.



Odpowiedź:

Dokładne informacje znajdują się w dokumentacji powykonawczej w punkcie nr 6 Wnioski o zatwierdzenie materiałów i urządzeń – branża budowlana.

Pytanie 63:

Na potrzeby wykonania projektu osłon stałych prosimy o informację jakie osłony (równoważnik grubości Pb w mm.) zostały zastosowane w drzwiach w pracowni RTG, oznaczonych jako Ds42p (pomieszczenie RTG – korytarz), Ds45p (pomieszczenie RTG – sterownia), Ds40p (pomieszczenie RTG – kabina), Ds41l (pomieszczenie RTG – korytarz). Załączony do dokumentacji Opis techniczny w punkcie 4.7 zawiera odpis odnoszący się do drzwi w pracowni TK, brakuje zaś opisu dot. pomieszczenia RTG.

Odpowiedź:

Dokładne informacje znajdują się w dokumentacji powykonawczej w punkcie 6 Wnioski o zatwierdzenie materiałów i urządzeń – branża budowlana.

Dotyczy Pakiet 1.**Pytanie 64:**

W pakiecie 1, Rozdział III pkt 118 Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanej szafy RACK Czy Zamawiający w przypadku posiadania wolnego miejsca w obecnej szafie (min, 8U) zrezygnuje z konieczności dostarczenia dedykowanej szafy RACK z punktu 118?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje konieczność dostarczenia szafy RACK z punktu 118.

Pytanie 65:

W pakiecie 1, Rozdział III pkt 118 Zamawiający specyfikuje wymagania serwera. Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne użycie najnowszej generacji procesora szesnastordzeniowego (zamiast dwunastu rdzeni), ale z mniejszą częstotliwością taktowania (np. 2,1 GHz). Użycie takiego procesora zwiększy zapas wolnej mocy obliczeniowej w przypadku awarii jednego z serwerów i konieczności redundantnego uruchomienia wszystkich składników systemu (maszyn wirtualnych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie najnowszej generacji procesora szesnastordzeniowego (zamiast dwunastu rdzeni), z mniejszą częstotliwością taktowania (taktowanie min 2,1 GHz). Zamawiający przyjmuje deklarację, że użycie zaproponowanego procesora zwiększy zapas wolnej mocy obliczeniowej w przypadku awarii jednego z serwerów i konieczności redundantnego uruchomienia wszystkich składników systemu (maszyn wirtualnych).

Pytanie 66:

W pakiecie 1, Rozdział III pkt 130 Zamawiający specyfikuje wymagania stacji diagnostycznej. Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne użycie procesorów ośmiordzeniowych (zamiast sześciu rdzeni), ale z mniejszą częstotliwością taktowania (np. 2,4 GHz)? Użycie takich procesorów okazuje się bardziej wskazane w przypadku instalacji wielu aplikacji na jednej stacji. Jest to wymóg w punkcie 222.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, użycie procesorów ośmiordzeniowych (zamiast sześciu rdzeni), z mniejszą częstotliwością taktowania (taktowanie min. 2,4 GHz). Zamawiający przyjmuje deklarację, że użycie zaproponowanych procesorów będzie bardziej wskazane w przypadku instalacji wielu aplikacji na jednej stacji. Zgodnie z wymogiem zawartym w punkcie 222.

Pytanie 67:

W pakiecie 1, Rozdział III pkt 127 Zamawiający wymaga migracji danych z posiadanych taśm oraz macierzy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia tego punktu na: „Wykonanie pełnej migracji danych z istniejącego archiwum danych zgromadzonych na taśmach LTO3 i istniejącej macierzy dyskowej do nowej macierzy dyskowej opisanej w pkt.119, O ile nośniki LTO3 lub dyski twarde w macierzy nie będą w stanie uniemożliwiającym odczyt danych”.

Ponadto zaznaczamy, że Wykonawca dołoży wszelkich starań w zakresie poprawnego zmigrowania danych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Wykonanie pełnej migracji danych z istniejącego archiwum danych zgromadzonych na taśmach LTO3 i istniejącej macierzy dyskowej do nowej macierzy dyskowej opisanej w pkt.119, o ile nośniki LTO3 lub dyski twarde w macierzy nie będą w stanie uniemożliwiającym odczyt danych.

Pytanie 68:

W pakiecie 1 Rozdział III pkt 136 Zamawiający wymaga zapewnienie 40 licencji dla użytkowników jednocześnie zalogowanych do systemu. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o uzupełnienie posiadanych licencji do 40 licencji jednoczasowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o uzupełnienie posiadanych licencji do 40 licencji jednoczasowych.

Pytanie 69:

W pakiecie 1 Rozdział III pkt 276 Zamawiający wymaga podłączenia aparatów medycznych do systemu PACS. Prosimy o wyszczególnienie, które z aparatów nie są obecnie podłączone do systemu archiwizacji w wymaganym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyszczególnia, że aktualnie do systemu PACS nie są podłączone: 1 tomograf komputerowy, aparat cyfrowy RTG, 2 sztuki aparatów ultrasonograficznych, Zakup w/w sprzętu jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione w pkt. 276 (Pakiet 1, Rozdział III) aparaty posiadają licencje niezbędne do podłączenia w wymaganym zakresie, a w przypadku, jeśli nie posiadają prosimy o potwierdzenie, że zapewnieni takich licencji jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyszczególnione w pkt. 276 (Pakiet 1, Rozdział III) aparaty posiadają licencje niezbędne do podłączenia w wymaganym zakresie.

Pytanie 71:

Prosimy o potwierdzenie, że prace konfiguracyjne po stronie urządzeń diagnostycznych wyszczególnionych w pkt. 276 (Pakiet 1, Rozdział III), (jeśli będą wymagane) zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że prace konfiguracyjne po stronie urządzeń diagnostycznych wyszczególnionych w pkt. 276 zostaną zapewnione przez Dostawców tych urządzeń.

Pytanie 72:

Prosimy o rezygnację z punktu 277 Pakiet 1, Rozdział III. Prace budowlano-adaptacyjne, w tym budowa sieci komputerowej dla Tomografu komputerowego, nie mają związku z podniesieniem oprogramowania do najnowszej wersji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Wykonanie instalacji sieci komputerowej” nie występuje konieczność wykonywania żadnych prac budowlano-adaptacyjnych. Zamawiający wymaga w momencie zamontowania nowej szafy (specyfikowanej w Pakiecie 1, Rozdział II pkt 118) w serwerowni znajdującej się w budynku „D”, w której zostaną umieszczone nowe komputery specyfikowane w Pakiecie 1 Rozdział III pkt 118 oraz Rozdział III pkt 130, podłączenia poprzez istniejące łącze światłowodowe (posiada odpowiednią infrastrukturę brzegową (switch)), biegnące z punktu dystrybucyjnego znajdującego się budynku „A” do którego podłączony jest aktualnie posiadany tomograf komputerowy z instalacją sieci komputerowej w nowym budynku „D” w którym będzie zainstalowany nowy tomograf wraz z całą infrastrukturą radiologiczną.

Pytanie 73:

Dotyczy punktu 278 Pakiet 1 Rozdział III. Prosimy o uszczegółowienie wymagań dla zakresu Gwarancji na Upgrade systemu Archiwizacji. Upgrade jest czynnością implementacyjną i jako sama czynność nie posiada gwarancji. Prosimy o potwierdzenie czy oprócz gwarancji na sprzęt komputerowy Zamawiający będzie wymagał zapewnienia kontraktu serwisowego (36 miesięcy) na system archiwizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oprócz gwarancji na urządzenie Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi serwisowej (min. 36 miesięcy) na system archiwizacji.

Pytanie 74:**dotyczy punktu 7**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska