

E.ZP.261.6.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Do dnia 13.02.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Dotyczy pkt. 3 specyfikacji:

Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym należy manualnie przełączyć na zasilanie akumulatorowe?

2. Dotyczy pkt. 8 specyfikacji:

Czy zamawiający dopuści respirator, w którym częstość oddechów można ustawić w granicach 5 – 60 odd/min?

3. Dotyczy pkt. 9 specyfikacji:

Czy zamawiający dopuści respirator z funkcją iVAPS, która posiada częstość oddechów w zakresie od 8 do 30 BPM, Vte w zakresie 130 -2500 ml oraz Ti w zakresie 0,3 – 2 s?

4. Dotyczy pkt. 14 specyfikacji:

Czy zamawiający dopuści respirator, który umożliwia kopiowanie danych z pamięci respiratora na pamięć przenośną (pendrive)?

5. Dotyczy pkt. 25 i 26 specyfikacji:

Czy Zamawiający dopuści maski w 3 różnych rozmiarach ustno-nosowe (S, M, L) oraz nosowe w (S, M, L) lub (S, M, Wide) bez wymiennych wkładek w różnych rozmiarach?

6. Dotyczy Zestawienia Wymaganych Parametrów Techniczno-Użytkowych Granicznych Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że opublikowane Zestawienie Wymaganych Parametrów wskazuje na jednego Producenta i nie zezwala na uczestnictwo innych oferentów co stanowi sprzeczność z obowiązującymi przepisami ujętymi w Ustawie o Zamówieniach Publicznych. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, że powyższa sytuacja powtarza się przy każdym opublikowanym przez Zamawiającego postępowaniu (przynajmniej) od 2014 roku na zakup aparatów do wentylacji domowej – opis Wymaganych Parametrów nie uległ od lat najmniejszym zmianom a w rozstrzygniętych postępowaniach z poprzednich lat został wyłoniony ten sam Producent, którego dotyczy opis.

100

7. Pytanie do pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat, który nie posiada trybu objętościowozmiennego, ale posiada tryb wentylacji hybrydowej typu V-target z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi, który może być zastosowany zarówno dla pacjentów stabilnych (wentylowanych przewlekle), jak i dla pacjentów w stanie zaostrzenia choroby?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1 – Ad. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie i wymaga zgodnego z treścią SIWZ.
- Ad. 6 Zamawiający nie ma na celu utrudnianie uczciwej konkurencji i dlatego – w uzasadnionych przypadkach - dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych niż w SIWZ parametrach, vide Ad. 1- Ad 4.
- Ad. 7 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Zespół do spraw
Kamery...
tel. 22 66 66 66 66

