

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Do dnia 16.03.2017 r. godz. 13.00 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pakiet 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć?

2. Pakiet 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści czteroświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5 Fr długość 16 cm, kanały 16/14/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć?

3. Pakiet 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 dopuści czteroświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć?

4. Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści jednorazowe, jałowe pojemniki na próbkę wydzieliny; pojemność 70 ml, z cewnikiem 10Fr, podziałka co 1 ml z dodatkową nakrętką transportową i naklejką do oznaczania próbki, pasujące do każdego cewnika do odsysania?

5. Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania w czasie odsysania wydzieliny do badań laboratoryjnych z pojemnikiem 100ml skalowany co 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

6. Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezłateksowego drenu?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 do Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania cewników o proponowanych parametrach.

Ad.4 do Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie zestawów do pobierania wydzieliny o proponowanych parametrach.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

lek. Bogusław Jasik

[Signature]