

E.ZP.261.12.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Do dnia 17.03.2017 r. godz. 11.00 wpłynęły do Zamawiającego kolejne, następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1,3,5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkluc centralnych o długości 16cm, a dodatkowo w pozycji 1 cewnik o przekroju światła 14Ga, 18 Ga zamiast 16,16Ga spełniające pozostałe wymogi SIWZ i będące aktualnie na wyposażeniu placówki Zamawiającego?

2. Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy wyposażone w igłę 18 Ga o długości 6,35cm i wysokiej jakości stalowy przewodnik o długości 45-60 cm z równoważnym płaskim/karbowanym nie zaś ząbkowanym, kolistym mechanizmem wysuwania przewodnika, bez skalpela, którego rolę pełni jednak odpowiednio dopasowane (bez wyrażenia wymiarów w Fr i mm) rozszerzadło i ze strzykawką 5ml bez otworu w tłoku, spełniające pozostałe wymogi SIWZ i będące aktualnie na wyposażeniu placówki Zamawiającego?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 i Ad.2

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych opisach.

Stwierdzono, że w załączniku nr 1 do SIWZ, pozycja 1,3,5, nie ma informacji o wymiarach światła cewnika. Zamawiający udziela odpowiedzi na podstawie informacji przekazanych przez Wykonawcę. Zamawiający udziela odpowiedzi na podstawie informacji przekazanych przez Wykonawcę.

