

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pobierania krwi oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu dwumodułowego.

Do dnia 13.04.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Dot. Pakiet nr 2 poz. 8

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 500 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej, zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

2. Dot. zapisów zał. nr 2 do SIWZ (wymagania dot. przedmiotu zamówienia w ramach Pakietu 2) pkt. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z wymogu posiadania etykiety poz. 9, 18 i 19.

3. Dot. zapisów załącznika nr 1 do SIWZ (wymagania dot. przedmiotu zamówienia) pkt. 1-9

Prosimy o potwierdzenie, że wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w punktach 1-9 dotyczą zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi z wyłączeniem mikrometody i strzykawek do gazometrii.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 18.04.2016r. Obowiązujący wzór Formularza cenowego/
Przedmiot zamówienia – *po modyfikacji* – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wymogu posiadania etykiety – dla poz. 9, 18 i 19 w ramach Pakietu 2.

Ad.3 Zamawiający potwierdza, że wymagania opisane w punktach 1-9 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczą zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi z wyłączeniem mikrometody i strzykawek do gazometrii z zastrzeżeniem, że w pkt. 3 zał. nr 1 Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący barwnego oznaczenia korków zgodnie z międzynarodowymi standardami (umożliwiające identyfikację strzykawki zgodnie z jej przeznaczeniem) oraz w pkt. 5 warunek, aby na strzykawce zaznaczony był termin ważności.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska