

Bydgoszcz, dnia 25.04.2017r.

E.ZP.261.8.2017

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dzierżawę strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego wraz z akcesoriami do jej obsługi.

Do dnia 14.04.2017r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie do treści SIWZ:

Prosimy o sprostowanie prawdopodobnej omyłki pisarskiej, która nastąpiła w Załączniku nr 2. W zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby rok produkcji oferowanej strzykawki automatycznej był minimum 2015.

Poniżej tabeli parametrów technicznych Załącznika nr 2, Zamawiający użył sformułowania:

*Powyższe warunki przyjmuję/my do wiadomości i oświadczam/y że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.*

Co oznaczałoby, iż wymagany jest aparat fabrycznie nowy z roku produkcji 2017.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego sformułowania na:

*Powyższe warunki przyjmuję/my do wiadomości i oświadczam/y że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie posiada rok produkcji 2015 lub nowszy, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.*

### **Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści przedmiotowego zapisu i utrzymuje w mocy brzmienie zawarte (poniżej tabeli) w Załączniku nr 2.

Ponadto Zamawiający podkreśla, iż – zgodnie z treścią zapisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) - wymagany jest „Rok produkcji aparatu: minimum 2015”.

mgr inż. Anna Krawiec  
Krajowe Centrum  
Badania i Rozwoju  
Technologii  
i Innowacji

