

E.ZP.261.7.2018

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej ochronnej.

Do dnia 26.03.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **Pakiet 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 23 g/m<sup>2</sup> o długość 125 cm?

**Pakiet 3** (pytanie nr 2 - 4)

2. Czy Zamawiający stawiając wymóg w Siwz p 10.5 – będzie oczekiwał aby informacja o badaniu na związki chemiczne była umieszczona na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z parametrem ochrony?
3. Czy zamawiający stawiając wymóg w SIWZ p. 10.5 - „ Badanie potwierdzające skuteczność ochrony w pracy z chemikaliami będzie oczekiwał związków chemicznych najczęściej używanych w placówkach medycznych wchodzących w skład dezynfekcji (izopropanol 70%) oraz czy ta informacja ma znajdować się na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z parametrem ochrony?
4. Czy Zamawiający stawiając wymóg w Siwz p 10.6 – będzie oczekiwał aby informacja o badaniu na przenikanie leków cytostatycznych była umieszczona na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z parametrem ochrony?

**Pakiet 8** (pytanie nr 5 i 6)

5. Czy zamawiający dopuści czepek typu берет, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
6. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Pakiet 9** (pytanie nr 7 i 8)

7. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
8. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

ms ca

**Pakiet 10** (pytanie nr 9 - 11)

9. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
10. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?
11. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, o wymiarach 112 cm x 140 cm?

**12. Pakiet 11** (pytanie nr 12 - 14)

Poz.1

Czy zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią, posiadają rękaw prosty, zakończony mankietem, ułożenie typu książka wzmocnienia z przodu i na rękawach ze strefą komfortu użytkownika, wyrób medyczny klasy Is, zgodne z dyrektywą 93/42/EEC, wykonane z nieprzeziernej włókniny polipropylenowej typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m<sup>2</sup>; wzmocnienie 30 g/m<sup>2</sup>?

13. Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, Excellent, wiązany z boku i na szyi, wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

**14. Poz.2**

Czy zamawiający dopuści niesterylne jednorazowe ubranie operacyjne, wykonane z wielowarstwowej włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, oddychającego, miękkiego, nieprzeziernego i wyjątkowo wygodnego materiału, składa się z osobno pakowanej bluzy i spodni, bluza posiada krótkie rękawy, wycięcie wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką i wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie, spodnie posiadają troki w pasie do regulacji rozmiaru oraz pojedynczą kieszeń z tyłu, zarówno spodnie jak i bluzy posiadają wszywkę z rozmiarem?

**Pakiet 13** (pytanie nr 15 i 16)

15. Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny polipropylenowej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm?
16. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**17. Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Pakiet 17** (pytanie nr 18 - 20)

18. Czy zamawiający wymaga niesterylne jednorazowe ubranie operacyjne, wykonane z wielowarstwowej włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, oddychającego, miękkiego, nieprzeziernego i wyjątkowo wygodnego materiału, składa się z osobno pakowanej bluzy i spodni, bluza posiada krótkie rękawy, wycięcie wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką i wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie, spodnie posiadają troki w pasie do regulacji rozmiaru oraz pojedynczą kieszeń z tyłu, zarówno spodnie jak i bluzy posiadają wszywkę z rozmiarem?
19. Czy zamawiający wymaga aby produkt posiadał oznakowanie CE i był wyrobem medycznym klasy I, zgodnie z EN 13785?
20. Czy zamawiający wymaga aby zgodnie z EN 13795-3 : 2006 +A1 : 2009 włóknina bazowa SMS spełnia wymagania dla fartuchów chirurgicznych i obłóżek pola operacyjnego: SP – dla obszarów krytycznych i mniej krytycznych HP – dla obszarów mniej krytycznych?

MW a

21. **Pakiet 10**  
Czy Zamawiający odstąpi od metki określającej rozmiar wszytej w fartuch? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
22. **Pyt. do umowy:**  
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
23. **Pakiet nr 6, Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z osłoną na oczy o długości maski min. 180 mm w stanie rozłożonym, pozostałe parametry bez zmian?
24. **Pakiet 3, pakiet 4**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym w klasie I oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, spełniających wymagania normy EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2), EN 374-2, EN 374-3? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
25. **Pakiet 14, poz. 1**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z naściennym podajnikiem o wymiarach 13 cm x 13 cm (+/-1 cm).
26. **Pakiet 10, poz. 1**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha higienicznego o nieznacznie różniącej się od wymaganej gramaturze min. 24 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
27. **Pakiet 14, poz. 1**  
Zwracamy się z pytaniem czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wpisał w wymiarach milimetry zamiast centymetry?
28. **Pakiet 14, poz. 1**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha foliowego o wymiarach 130cm x 80cm
29. **Projekt Umowy**  
Prosimy o wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 projektu umowy.
30. **Projekt Umowy**  
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 i ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
31. **Projekt Umowy**  
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 11 ust. 1 pkt 8 o następującej treści:  
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

32. Projekt Umowy  
Prosimy o zmianę § 11 ust. 3 pkt 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
33. **Pakiet 10 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 21 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym, długość fartucha nie mniejsza niż 100 cm, opakowanie zbiorcze – 100 szt., konfekcjonowane po 10 szt.?
34. **Pakiet 3, poz. 1**  
Czy Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z całą z normą EN 374-1,2,3, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy wymaganych substancji niebezpiecznych podanej w załączniku A normy 374-1 przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?
35. **Pakiet 4, poz. 1**  
Czy Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z całą z normą EN 374-1,2,3, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy wymaganych substancji niebezpiecznych podanej w załączniku A normy 374-1 przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?
36. **Pakiet 5, poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści maskę o łatwości oddychania 1,7 mm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>?
37. **Pakiet 5, poz. 2**  
Czy Zamawiający dopuści maskę o łatwości oddychania 3 mm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>?
38. **Pakiet 6 poz. 1**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o dł. 180mm z osłoną nie parującą, nie zniekształcającą obrazu, pozostałe parametry jak w SIWZ?
39. **Pakiet 8 poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści czepki pielęgniarskie o średnicy w stanie rozciągniętym min. 500mm?
40. **Pakiet 9 poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:  
Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

**41. Pakiet 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha nieprzemakalnego na całej powierzchni?

**42. Pakiet 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie z 3 kieszeniami w bluzie?

**43. Pakiet 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu niezarejestrowanego jako wyrób medyczny?

**44. Pakiet 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze 71x116cm?

**Pakiet 3 (pytanie nr 45 – 47)**

45. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

46. Czy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art.89 ust. 1 pkt. 3 PZP) opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu?

47. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

**Pakiet 4 (pytanie nr 48 – 49)**

48. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników ściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiająca ich wyjmowanie. Grubość na palcu min.  $0,1 \pm 0,02$  mm, na dłoni min.  $0,07 \pm 0,01$  mm, na mankiecie min.  $0,06 \pm 0,01$  mm. Poziom AQL  $\leq 1,5$ , siłą zrywania min. 6 N (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną producenta), spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL).

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych kosztów.

*Mf ca*

49. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość w obszarze palców min. 0,10 mm, na dłoni min.  $0,07 \pm 0,01$  mm, na mankiecie min.  $0,06 \pm 0,01$  mm, siła zrywania min. 6N, AQL < 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną), spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Przebadane na przenikanie substancji stosowanych w placówkach medycznych takie jak: alkohole (co najmniej 2 alkohole z poziomami ochrony fabrycznie naniesione na opakowaniu), kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady oraz min. 15 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 lub równoważną, potwierdzone raportami z wynikami badań, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów ściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty ścienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkodzania ścian, a także do wózków mobilnych.

**50. Pakiet 5, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o filtracji  $\geq 98$  i ciśnieniu różnicowym 21.57 mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup> w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

**51. Pakiet 5, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o filtracji  $\geq 98$  i ciśnieniu różnicowym 40.60 mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup> w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

**52. Pakiet 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o min. długości 180 mm.

**53. Pakiet 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski FFP3 kształt kaczki dziób pakowanej a'1 sztuka w opakowanie foliowe.

**54. Pakiet 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze min. 12g/m<sup>2</sup>.

**55. Pakiet 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>.

*10/11 CC*

#### 56. Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta, jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna. Myjka wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz. Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta.

Zgrzewana termicznie, dzięki czemu brzegi nie drażnią skóry pacjenta.

Wymiary : 17,2 cm x 24,2 cm (+/- 1 cm)

#### 57. Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski respiratorowej spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1  $\mu\text{m}$ ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu  $\leq 2,45$  mbar.

#### 58. Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski respiratorowej spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1  $\mu\text{m}$ ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu  $\leq 2,45$  mbar.

#### 59. Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych spodnie i bluza pakowane oddzielnie po max 25 sztuk w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 23 g/m<sup>2</sup>. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha o długości 125 cm.

*Mf ca*

- Ad.2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby informacja o badaniu na związki chemiczne była umieszczona na opakowaniu.
- Ad.3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby badania potwierdzały skuteczność ochrony w pracy z chemikaliami najczęściej używanymi w placówkach medycznych, nie wymaga również aby ta informacja o badaniach znajdowała się na opakowaniu.
- Ad.4 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby badania potwierdzające skuteczność ochrony pracy z cytostatykami znajdowały się na opakowaniu.
- Ad.5 i Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania czepka o proponowanych parametrach.  
Zamawiający wymaga dokonania wyceny zgodnie z pkt. 3.5 i 20 SIWZ.
- Ad.7 i Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie furazętki o proponowanych parametrach.  
Zamawiający wymaga dokonania wyceny zgodnie z pkt. 3.5 i 20 SIWZ.
- Ad.9 – Ad.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym. Zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha zgodnie z opisem w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.  
Zamawiający wymaga dokonania wyceny zgodnie z pkt. 3.5 i 20 SIWZ.
- Ad.12 i Ad.13 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha o proponowanym opisie.
- Ad.14 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania ubrania operacyjnego o proponowanym opisie.
- Ad.15 i Ad.16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane ochraniacze. Zamawiający wymaga ochraniaczy zgodnie z treścią Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia.
- Ad.17 Zamawiający wymaga przeliczenia ilości zgodnie z zapisem w pkt. 3.5 a) SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowaną propozycję.
- Ad.18 – Ad.20 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha o proponowanym opisie.
- Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha bez wszytej metki określającej rozmiar.
- Ad.22 Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę do projektu umowy:  
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Alicja Jankowska, St. insp. ds. zaopatrzenia, tel. nr (52) 32-56-721, e-mail: zaopatrzenie@kpcp.pl lub osoba zastępująca.”*
- Ad.23 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski chirurgicznej z osłoną o długości min. 180 mm w stanie rozłożonym.
- Ad.24 Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza wyłączenie punktu 5.3.2 normy 374-1, pod warunkiem, że badania na przenikanie substancji chemicznych potwierdzą 2 poziomych skuteczności dla min. 3 substancji chemicznych (niekoniecznie będącymi załącznikiem A do normy 374-1).
- Ad.25 W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy Pakietu 4 a nie – jak zapisano - Pakietu 14.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic z naściennym podajnikiem o wymiarach 13x13 (+/- 1 cm), ponieważ wymiar ten mieści się w parametrach określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.



- Ad.26 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>.
- Ad.27 Zamawiający dokonał zmiany błędnego zapisu w treści Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia - zgodnie z modyfikacją dnia 27.03.2018r.
- Ad.28 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha foliowego o wymiarach 130cmx80cm.
- Ad.29 – Ad.32 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.
- Ad.33 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha o gramaturze 21 g/m<sup>2</sup>, nie dopuszcza fartucha o długości 100 cm. Dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 szt., konfekcjonowane po 10 szt.
- Ad.34 Zamawiający dopuszcza wyłączenie punktu 5.3.2 normy 374-1, pod warunkiem, że badania na przenikanie substancji chemicznych potwierdzą 2 poziom skuteczności dla min. 3 substancji chemicznych (niekoniecznie będącymi załącznikiem A do normy 374-1).
- Ad.35 Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374-1,2,3 i dopuszcza możliwość wyłączenie pkt. 5.3.2 normy 374-1.
- Ad.36 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski o łatwości oddychania 1,7 mm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>.
- Ad.37 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski o łatwości oddychania 3 mm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>.
- Ad.38 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski chirurgicznej z osłoną o długości 180 mm.
- Ad.39 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedstawionego czepka, oczekuje zaoferowania czepka zgodnie z Formularzem cenowym/Przedmiot zamówienia.
- Ad.40 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania czepka o przedstawionym opisie.
- Ad.41 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha nieprzemakalnego na całej powierzchni.
- Ad.42 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ubrania z 3-ema kieszeniami w bluzie.
- Ad.43 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjki nie będącej wyrobem medycznym, zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ.
- Ad.44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha w rozm. 71 x 116 cm.
- Ad.45 Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic z wyraźnie oznaczonym rozmiarem oraz serią. Zamawiający nie wymaga proponowanego oznaczenia.
- Ad.46 Zamawiający nie wymaga, aby opakowania rękawic posiadało informacje o geograficznym pochodzeniu produktu.
- Ad.47 Zamawiający nie wymaga, aby oznaczenie potwierdzenia zgodności z normami było umieszczone na opakowaniu.
- Ad.48 Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, pasującym do podajnika ściennego o wymiarach 12x13 cm.
- Ad.49 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rękawic o proponowanym opisie, wymaga - rękawic zgodnych z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.

*MS* 07

- Ad.50 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania maski o ciśnieniu różnicowym 21,57 mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>.
- Ad.51 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania maski o ciśnieniu różnicowym 40,60 mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>.
- Ad.52 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania maski o długości nie mniejszej niż 180 mm.
- Ad.53 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania maski FFP3.
- Ad.54 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania czepka o gramaturze 12 g/m<sup>2</sup>.
- Ad.55 Zamawiający nie dopuszcza czepka z możliwością wywijania, wymaga zaferowania czepka zgodnego z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
- Ad.56 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych myjek.
- Ad.57 Zamawiający nie wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia o podanych parametrach. Zamawiający wymaga zaferowania maski zgodnej z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
- Ad.58 Zamawiający nie wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia o podanych parametrach. Zamawiający wymaga zaferowania maski zgodnej z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
- Ad.59 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania odzieży pakowanej po 25 sztuk.

**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodując konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
mgr Mariola Brodowska