

Bydgoszcz, dnia 07.04.2017r.

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do urządzeń i aparatury medycznej.

Do dnia 03.04.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści kaniule nosowe do PSG do polisomnografu Alice5 o długości ok. 210 cm?
2. Czy w pakiecie 8 poz. 3 Zamawiający dopuści pastę Ten20 w słoikach a 228 gr, opakowanie handlowe zawiera 3 słoiki? Jeśli nie ot jakiej pojemności opakowań Zamawiający wymaga?
3. Czy w pakiecie 8 poz. 2 Zamawiający dopuści żel ścierny Nuprep w tubach a 114 gr, opakowanie handlowe zawiera 3 tuby?
4. Pytanie dotyczy pakietu 2  
Czy Zamawiający dopuści maskę jednorazową (jednopacjentową) zgodną z opisem w pakiecie 2? Maskę jednopacjentową może być używana przez określonego pacjenta przez długi okres czasu. Jest to rozwiązanie korzystne cenowo, bezpieczne, eliminujące dodatkowe koszty sterylizacji.
5. Pakiet 9  
Poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje elektrody wpinanej do kabla?
6. Pakiet 9  
Poz2. Czy Zamawiający ma na myśli samą elektrodę czy uchwyt z elektrodą?  
Jeśli Zamawiający ma na myśli samą elektrodę to prosimy o podanie oczekiwanej średnicy trzpienia 4mm czy 2,4 mm?
7. Pakiet 9  
Poz. 3 Prosimy o podanie oczekiwanej długości przedłużki.
8. Pakiet nr: 5 Kan. Nosowa Alice 5  
Czy dopuszczają Państwo długość kaniuli nosowej 183 cm. Długość ta nie ma wpływu na jakość zarejestrowania sygnałów oraz przepływu powietrza podczas chrapania?
9. Pakiet nr 3 : Maskę Nosowa  
Czy dopuszczają Państwo Maskę nosową: silikonową, wielokrotnego użytku, do długotrwałej wentylacji, z możliwością dezynfekcji i prania uprząży w temperaturze do 60°C. Wyposażona w: port wydechowy, port tlenowy lub do pomiaru ciśnienia (tzn 1 port tlenowy), wspornik czołowy z możliwością regulacji w 4 pozycji, obrotową końcówkę do podłączenia do rury łączącej maskę z aparatem. Posiadająca mocowanie uprząży na dwa rzepy w górnej części na dwa rzepy w dolnej części umocowane do korpusu maski za pomocą specjalnych klipsów umożliwiających zdejmowanie i zakładanie uprząży bez odpinania rzepów. Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami CPAP, BiPAP, respirator typ Trilogy 100,A-40.Pakowana pojedynczo z uprzążą. Dostępne w rozmiarze S,M,L.

120

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

- Ad.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniul nosowych o proponowanej długości.
- Ad.2 i Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach, jednak cenę oferowanego przedmiotu zamówienia należy podać za 1 sztukę – zgodnie z treścią Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (Załącznik nr 1-8).
- Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie maski jednorazowej, lecz – zgodnie z treścią Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (Załącznik nr 1-2) – wymaga zaoferowania maski wielokrotnego użytku.
- Ad.5–Ad.7 Zamawiający wymaga zaoferowania akcesoriów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zmodyfikowanym Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (Załącznik nr 1-9) dla Pakietu 9 – pismem (II Modyfikacja) z dnia 07.04.2017r.
- Ad.8 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniul nosowych o proponowanej długości.
- Ad.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

---

**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia oferowanego przedmiotu zamówienia.*

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Kajetanów 100 - Centrum  
Falińskie 100 - Podguszy

*lek. Augustyn Łosik*

*Mi*