

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów kontrolnych dla Laboratorium Analitycznego, materiałów i części zużywalnych do analizatorów oraz dzierżawę analizatorów – postępowanie nr 17 Z PN 18.

Do dnia 04.05.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Dotyczy: załącznika nr 1-11 „Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia” dla pakietu nr 11  
Czy Zamawiający w pozycji 1 Tabeli odczynnikowej zadania 11, w kolumnie 5 dopuści Pakiet odczynnikowy ABL 90 na 980 cykli w miejsce op = 1000 oznaczeń? Ilość pakietów niezbędnych do zapewnienia ciągłości badań nie ulega zmianie.
2. Dotyczy: załącznika nr 1-11 „Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia” dla pakietu nr 11  
Czy Zamawiający w pozycji 2 Tabeli odczynnikowej zadania 11, w kolumnie 5 dopuści Pakiet odczynnikowy ABL 90 na 680 cykli w miejsce op = 700 oznaczeń? Ilość pakietów niezbędnych do zapewnienia ciągłości badań nie ulega zmianie.
3. Dotyczy: załącznika nr 1-13 „Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia” dla pakietu nr 13  
Czy Zamawiający dopuści trwałość odczynników z 3 miesięcznym terminem ważności od dnia dostawy?
4. **Dotyczy dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego pkt. 10.1, 10.2 i 10.12 w SIWZ tj. deklaracje zgodności, katalog produktów i instrukcje/ulotki oferowanych odczynników**  
Czy zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów wymaganych na wezwanie tj. deklaracji zgodności, katalog produktów i instrukcji/ulotek oferowanych odczynników w formie elektronicznej tj. na płycie CD?
5. **Dotyczy dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego pkt. 10.16 tj. Oświadczenie, że w przypadku materiałów kontrolnych Wykonawca zrealizuje całą dostawę z tym samym numerem seryjnym przez czas obowiązywania umowy**  
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie potwierdzające stałość nr seryjnego materiałów kontrolnych przez 12 m-cy?
6. **Dotyczy dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego pkt. 10.23 w SIWZ tj. ulotki dla oferowanych materiałów przedstawiające zakres wartości prawidłowych kontrolowanych parametrów – dotyczy pakietu 10**  
Czy zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów wymaganych na wezwanie tj. ulotki dla oferowanych materiałów przedstawiające zakres wartości prawidłowych kontrolowanych parametrów (dotyczy pakietu 10) w formie elektronicznej tj. na płycie CD?

7. Dotyczy zadania 2, punktu 21:

Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem i komunikatami w języku angielskim? Oferowany analizator jest urządzeniem prostym w obsłudze i pracy rutynowej w ramach współpracy z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS), stąd nie wymaga od Operatora skomplikowanych działań i znajomości języka angielskiego.

Dostarczona wraz z urządzeniem Instrukcja Obsługi w języku polskim przedstawia dokładne tłumaczenie poszczególnych ekranów oprogramowania oraz komunikatów. Dodatkowo, te zagadnienia są omawiane podczas szkolenia z obsługi urządzenia.

8. Dotyczy SIWZ, Punkt 10.9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności krwi kontrolnej ważności wynosił do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego?

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. punktu SIWZ oraz pkt. I.4 w Formularzu cenowy dla Pakietu nr 1 (załącznik nr 1-1 do SIWZ).

9. Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

10. Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 1, Formularz cenowy – Załącznik 1-1 do SIWZ, pkt. III.2:

Czy w zakresie pakietu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wynosił max. 24 godziny w dni robocze?

11. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:

**§4 ust. 5:** Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

*„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.”*

Powyższy zapis umożliwi zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

12. **§4 ust. 9:** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

*„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”.*

13. **§4 ust. 10:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(...) lub rezygnacji z wcześniej złożonego zamówienia” zapisu w brzmieniu: „ w terminie max. 24h od złożenia zamówienia”.

14. **§6 ust. 3:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:  
*„z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.*
15. **§7 ust. 2:** Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana jako upoważniona ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji umowy i sprawowania nadzoru nad jej realizacją jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?
- Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.
16. **§8 ust. 2:** Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „60 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego” wyrażeniem „60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.
17. **§8:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  
*„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”*
18. **§8:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  
*„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”*  
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
19. **§9 ust. 1:** Prosimy o zmianę zapisu „do wymiany towaru w ciągu 24 godzin od uznania reklamacji” na zapis „do wymiany towaru w ciągu max. 48 godzin w dni robocze od uznania reklamacji”.
20. **§9 ust. 2:** Prosimy o wykreślenie zwrotu „albo zgłoszenia telefonicznie” i usunięcie możliwości składania reklamacji telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych reklamacji i osoby składającej tą reklamację.
21. **§10 ust. 1:** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.  
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
22. **§10 ust. 4 i 5:** Prosimy o wykreślenie ww. postanowień wzoru umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej w przypadku opóźnienia lub braku aktualizacji kart charakterystyk jest rażąco wygórowane. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w związku z nie należytem wykonaniem umowy i poniesioną szkodą. W sytuacji opóźnienia w aktualizacji kart charakterystyk, Zamawiający nie ponosi szkody, a Zamawiający może w każdej chwili wezwać Wykonawcę do aktualizacji kart charakterystyk.

41  
a

23. **§10:** Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:  
*„Obowiązek naliczania kary umownej wskazane w ust. 1 nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zaplacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”*
24. **§13 ust. 2:** Z uwagi na RODO oraz możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy wykonujących czynności serwisowe, prosimy o załączenie do niniejszej umowy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
25. Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 4 dopuści bilirubinę metodą Jendrassika?

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

- Ad.1 Zamawiający w poz. 1 tabeli odczynnikowej kolumnie 5 dla pakietu 11 dopuszcza możliwość zaoferowania pakietu odczynnikowego ABL 90 na 980 cykli w miejsce 1000 oznaczeń, pod warunkiem, że ilość pakietów niezbędnych do zapewnienia ciągłości badań nie ulegnie zmianie.
- Ad.2 Zamawiający w poz. 2 tabeli odczynnikowej kolumnie 5 dla pakietu 11 dopuszcza możliwość zaoferowania pakietu odczynnikowego ABL 90 na 680 cykli w miejscu op=700 oznaczeń pod warunkiem, że ilość pakietów niezbędnych do zapewnienia ciągłości badań nie ulegnie zmianie.
- Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trwałości odczynników z 3 miesięcznym terminem ważności od dnia dostawy.
- Ad.4 Zamawiający wymaga, aby dokumenty dostarczone zostały w formie papierowej.
- Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia potwierdzającego stałość nr seryjnego materiałów kontrolnych przez 12 miesięcy. Wykonawca musi zrealizować całą dostawę z tym samym numerem seryjnym przez cały czas obowiązywania umowy.
- Ad.6 Zamawiający wymaga, aby dokumenty dostarczone zostały w formie papierowej.
- Ad.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z oprogramowaniem i komunikatami w j.angielskim.
- Ad.8 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania terminu ważności krwi kontrolnej do 2 miesięcy, adekwatnie Wykonawca składa oświadczenie z pkt. 10.9 SIWZ.
- Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie formularza Oferty tylko na te pakiety, na które Wykonawca składa ofertę.
- Ad.10 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 4 w sposób następujący:  
*„4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wynosi maksymalnie 24 godziny w dni robocze. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu analizator „zastępczy” na czas naprawy analizatora dzierżawionego, w celu zapewnienia ciągłości badań. Udostępnienie analizatora zastępczego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin.”*

Ad.11 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy w sposób następujący:

*„5. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faxem lub drogą elektroniczną. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.”*

Ad.12 i Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Zapis regulujący tę kwestię jest zawarty w pkt.III.6 Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia - Wymagania dotyczące serwisu analizatora zastępczego 5-DIFF.

Ad.15 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 2 w sposób następujący:

*„2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy, w tym składania zamówień, a także sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest mgr Sławomira Balcerak - Kierownik Laboratorium Analitycznego tel./fax nr (52) 32-56-760, e-mail: kier-labor@kpcp.pl lub osoba zastępująca.”*

Ad.16 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8 ust. 2 w sposób następujący:

*“2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura z tytułu dzierżawy wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i data wystawienia faktury za dany miesiąc rozliczeniowy nie może być wcześniejsza niż ostatni dzień tego miesiąca.”*

Ad.17 i Ad.18 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

Ad. 19 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 1 w sposób następujący:

*„1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru i żądania jego bezzwłocznej wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia reklamacji i powiadomienia Kierownika Laboratorium Analitycznego o decyzji faksem lub środkami komunikacji elektronicznej najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu max. 48 godzin w dni robocze od uznania reklamacji. Brak powiadomienia o decyzji w sprawie reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznane będzie za uznanie reklamacji.”*

Ad. 20 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 2 w sposób następujący:

*„2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy lub środkami komunikacji elektronicznej albo faksem. Odpowiedź na reklamację wymaga zachowania takiej samej formy.”*

Ad.21 - Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

af  
ca

Ad.24 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 w sposób następujący:

**„Dane osobowe  
§ 13  
(dotyczy Pakietu 1, 2, II i I3)**

1. *Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych pacjentów, których dane osobowe będą gromadzone za pomocą oprogramowania analizatora będącego przedmiotem dzierżawy.*
2. *Zamawiający, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119), zwanym dalej „RODO”, powierza Wykonawcy do przetwarzania zwykłe i wrażliwe dane osobowe pacjentów, a Wykonawca zobowiązuje się do ich zgodnego z prawem i umową przetwarzania. Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych mu na podstawie niniejszej umowy działać będzie w zgodzie ww. przepisami, a także przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych do nich. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w RODO.*
3. *Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zapewni regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych. Każda osoba realizująca ze strony Wykonawcy umowę zobowiązana jest w związku ze świadczeniem usług serwisowych do pracy w systemie informatycznym z użyciem uwierzytelnienia.*
4. *Zakres danych osobowych pacjentów powierzonych do przetwarzania obejmuje zbiory danych gromadzone za pomocą oprogramowania analizatora będącego przedmiotem dzierżawy tj. imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, płeć, dane dotyczące stanu zdrowia. Na tych danych będą wykonywane w operacje: zbieranie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie. Dane będą przetwarzane w formie elektronicznej.*
5. *Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest wyłącznie wykonywanie czynności serwisowych dzierżawionego analizatora.*
6. *Do przetwarzania danych ze strony Wykonawcy dopuszczone mogą być jedynie osoby upoważnione do tego imiennie przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu przez niego szkolenia i zapoznaniu tych osób z zasad ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i udostępni ją na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia (niezależnie od formy prawnej), nie dłużej jednak niż do końca realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Upoważnione osoby nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać dostępu do danych w zakresie szerszym niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Wykonawca oświadcza, że osoby te są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych, jak również po śmierci osoby, której dane są przetwarzane. Za działania upoważnionych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.*

7. Czas trwania przetwarzania danych obejmuje okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu obowiązywania umowy analizatory zostaną odebrane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. W chwili dokonywania odbioru przedmiotu umowy dane osobowe zapisane w analizatorach dane osobowe pacjentów zostaną w sposób trwały usunięte.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a także do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia - zgłosić Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych.
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu jako Administratorowi Danych Osobowych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
12. Wykonawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
13. Wykonawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO oraz podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
14. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
15. Zamawiający ma prawo kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w zakresie stosowania postanowień Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcę przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych;
  - 2) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego dotyczących jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne z przepisami prawa."

Ad.25 Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 4 dopuszcza możliwość zaoferowania bilirubiny metodą Jendrassika.

**UWAGA:**

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

*[Podpis]*  
lek. Bogusław Jasik

*[Podpis]*  
a

