

E.ZP.261.18.2019

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej oraz szpitalnych wyrobów papierowych i fizelinowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Pakiet 7 poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 110 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze 90 x 110 cm.

Pytanie 2:

Pakiet 5: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, które są środkiem ochrony indywidualnej (PPE)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-5 do SIWZ.

Pytanie 3:

SIWZ – pkt. 11 – grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 11 SIWZ określił termin i sposób założenia oświadczenia.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach rękawic w podwójnym opakowaniu tj. zewnętrznym foliowym i wewnętrznym papierowym, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rękawic w podwójnym opakowaniu tj. zewnętrznym foliowym i wewnętrznym papierowym.

Pytanie 5:

PAKIET 3 – Fartuch chirurgiczny jałowy

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego typu SMS zapinanego z tyłu w okolicach szyi przy pomocy zapięcia typu Combitape tzn. samoprzylepnej taśmy umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, z możliwością regulowania rozmiaru dekoltu, fartuch w rozmiarze i długości: M – 115 cm i L – 125 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 6:

PAKIET 4 – Zarękawki do sporządzania leków cytostatycznych

Pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zarękawki służyły do sporządzania dawek leków cytostatycznych i były impregnowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-4 do SIWZ.

Pytanie 7:

PAKIET 6 – Obłożenia chirurgiczne

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu obłożeń chirurgicznych wykonanego z laminatu włókniny PP i folii PE o gramaturze podstawowej min. 55g/m² oraz 110g/m² w miejscu łat chłonnych oraz o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-6 do SIWZ.

Pytanie 8:

PAKIET 6 – Obłożenia chirurgiczne

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń chirurgicznych wykonanego z laminatu włókniny PP i folii PE o gramaturze podstawowej min. 55g/m² (bez łat chłonnych), o szerokości taśmy mocującej w serwetach min. 2,5 cm oraz o składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-6 do SIWZ.

Pytanie 9:

PAKIET 8 – Ręcznik chirurgiczny jałowy

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych ręczników chirurgicznych w rozmiarze 30 x 33 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowych ręczników chirurgicznych w rozmiarze 30 x 33 cm. Zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 05.04.2019 r.

Pytanie 10:

PAKIET 9 – Odzież jednorazowa

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania jednorazowego z włókniny, gdzie bluza posiada dekolt półokrągły, w opakowaniach a'50 kompletów – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ubrania jednorazowego z włókniny, gdzie bluza posiada dekolt półokrągły, w opakowaniach – max. 50 kompletów.

Pytanie 11:

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niżej opisanego fartucha?

Fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami, sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny **SMMMS** o gramaturze 35g/m², złożony w sposób zapewniający aseptyczne założenie i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem. Z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy 3,5 x 2,5cm i 3,5cm x 10-12,5 cm, mankiety o długości 7 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru. Fartuch na opakowaniu jednostkowym posiada podwójne oznakowanie rozmiaru (literowo i cyfrowo (np. L 135cm), bezpośrednio na fartuchu rozmiar i rodzaj w postaci nadruku, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane identyfikujące producenta, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Rozmiary: M – 125cm, L - 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 12:**dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

Zestaw obłożeń chirurgicznych, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Wokół pola operacyjnego, na serwetach bocznych i dolnej polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 15 x 50 cm. Gramatura laminatu podstawowego 60g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140g/m². Materiał obłożenia zgodny z z normą wysokiej PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane identyfikujące producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach pokryta klejem repozycjonowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów). Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz zewnętrzny karton transportowy.

Zawierający:

- 1 taśmę samoprzylepną 9cm x 50cm
- 1 serwetę na stolik Mayo 78cm x 145cm,
- 4 ręczniki 30,5 x 34cm,
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75cm x 90cm,
- 1 samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną 180x180 cm z paskiem samoprzylepnym 100cm,
- 1 samoprzylepną serwetę operacyjną 150x240cm z paskiem samoprzylepnym 100cm,
- 1 serwetę na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o opisanych parametrach.

Pytanie 13:**dotyczy Pakietu nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 2 serwety o wymiarach 90x120cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwet o wymiarach 90x120cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 14:**dotyczy Pakietu nr 7 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 3 serwety trzywarstwowej o wymiarach 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety trzywarstwowej o wymiarach 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 15:

dotyczy Pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 3 serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-7 do SIWZ.

Pytanie 16:

dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 8 ręczników o wymiarach 30x34cm pakowanych a'1szt, w ilości 5 600 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ręczników o wymiarach 30x34cm pakowanych po 1szt., w ilości 5 600 opakowań.

Zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 05.04.2019 r.

Pytanie 17:

Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki w opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym foliowym – wyjątkowo odpornym na wilgoć.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawiczki w opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym foliowym.

Pytanie 18:

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki chirurgiczne sterylne z rolowanym mankietem bez opaski samoprzylepnej, o grubości na palcu: 0,18+/-0,03mm, długość min. 280mm, poziom protein max 30µg/g, opakowanie zewnętrzne foliowe- wyjątkowo odporne na wilgoć?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-2 do SIWZ.

Pytanie 19:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 20:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m².

Pytanie 21:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarem na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarem na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Pytanie 22:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm, L - 128cm, XL - 138cm oraz XXL - 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 23:

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m²

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o opisanych parametrach.

Pytanie 24:

Pakiet 7, pozycja 1-3

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-7 do SIWZ.

Pytanie 25:

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze 90x120cm.

Pytanie 26:

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90cm.

44
G

Pytanie 27:**Pakiet 8**

Czy Zamawiający dopuści ręcznik chirurgiczny w rozmiarze 40x40cm, pakowany a'1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ręczników chirurgicznych w rozmiarze 40x40cm pakowanych po 1szt., w ilości 5 600 opakowań.

Zgodnie z treścią modyfikacji 05.04.2019 r.

Pytanie 28:**Dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²? Włóknina SMMS oraz SMS to ten sam rodzaj włókniny, różniący się jedynie przebiegiem procesu technologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 29:**Dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach: M - 115 cm, L - 125 cm, XL - 140 cm, z rzepami o wymiarach min. 2 x 5 cm oraz min. 2 x 13 cm, z metką pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 30:**Dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie z łatami chłonnymi o większych wymiarach niż wymagane 20 x 50 cm? Łaty chłonne o większej powierzchni poprawiają walory użytkowe wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania obłożeń z łatami chłonnymi o większych wymiarach niż wymagane 20 x 50 cm.

Pytanie 31:**Dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie z serwetami o wymiarach: góra - 240 x 150 cm, dół - 200 x 170 cm, taśmy lepne w serwetach o długości 60 cm, z dwoma ręcznikami do rąk w rozmiarze 20 x 40 cm, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o opisanych parametrach.

Pytanie 32:

Dotyczy pakietu nr 7:

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-7 do SIWZ.

Pytanie 33:

Dotyczy pakietu nr 7:

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści rozmiar 90 x 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze 90 x 75 cm.

Pytanie 34:

Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chirurgiczne w rozmiarze 40 x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-8 do SIWZ.

Pytanie 35:

Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu projektu umowy.

Pytanie 36:

dot. Pakiet 2, poz.1-4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych posiadających mankiety rolowany z opaską samoprzylepną, o grubości na palcu 0,190mm oraz długości min. 295mm, zapakowanych w foliowe opakowania zewnętrzne. Spełniający pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-2 do SIWZ.

Pytanie 37:

dot. Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², posiadających 2 rzepy w rozmiarze 2x10 cm oraz oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, widocznej przed rozłożeniem. Fartuch dodatkowo zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm. Rozmiary i długość:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120 cm
L	130 cm
XL	135 cm
XXL	145 cm
XXXL	155 cm
Tolerancja	+/- 2cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie 38:

dot. Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 62 g/m², wzmocnionego w obszarze krytycznym włókniną Spunlace o gramaturze 70 g/m² całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 132 g/m², Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane importera. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów).

Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton.

SKŁAD:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem min. 60x85cm o gram. 40 g/m² (łączna gramatura 90 g/m²).
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g/m² (łączna gramatura 80 g/m²), stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm.

Zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie produktu o opisanych parametrach.

Pytanie 39:

dot. Pakiet 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 100 x 150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-7 do SIWZ.

Pytanie 40:**Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowanie papier-folia lub foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniu zewnętrznym foliowym i wewnętrznym papierowym.

Pytanie 41:**Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych jednorazowych rękawic chirurgicznych lateksowych bezpułdrowych. Wewnętrzne pokrycie polimerowe gwarantuje bezproblemowe nakładanie na suche i wilgotne ręce, a warstwa 100% aloesu doskonale nawilża suchą skórę dłoni. Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany, wzmocniony strefą adhezyjną, zapobiegającą rozwijaniu i rozdarciu. Gładka powierzchnia zewnętrzna sprawia, że rękawica jest idealna do zastosowania jako warstwa spodnia w systemie podwójnym. Grubość na palcu 0,20 mm, długość min. 290 mm, AQL 0,65 po zapakowaniu, poziom protein <50 µg/g użyciu zmodyfikowanej metody Lowry'ego. Elastyczne, odpowiednio złożone i oznaczone w sposób ułatwiający rozróżnienie rękawicy prawej od lewej. Trwale i szczelne opakowanie, z możliwością prawidłowego wyjęcia rękawicy. Zgodne z EN-455, data ważności na każdej parze, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-2 do SIWZ.

Pytanie 42:**Pakiet 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem

zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-8 do SIWZ.

Pytanie 43:

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników celulozowych w rozmiarze 40x40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o opisanych parametrach. Zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 05.04.2019 r.

Pytanie 44:

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych, komplet składa się z osobno pakowanych spodni (w kartonie zbiorczym zawierającym 4 worki foliowe, 25 sztuk w jednym worku foliowym) i osobno pakowanej bluzy (w kartonie zbiorczym zawierającym 4 worki foliowe, 25 sztuk w jednym worku foliowym), co pozwala na elastyczny dobór rozmiarów spodni i bluzy odpowiednio do typu budowy ciała użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób pakowania odzieży.

Pytanie 45:

dot. Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 62 g/m². Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane importera. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów) Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton.

SKŁAD:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem min. 60x85cm o gram. 40 g/m² (łącznie gramatura 90 g/m²).
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g/m² (łącznie gramatura 80 g/m²), stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1-6 do SIWZ.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kliniki iko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
[Signature]
lek. Bogusław Jasik

[Handwritten mark]

