

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do urządzeń i aparatury medycznej.

Do dnia 22.04.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pakiet nr: 6
Czy dopuszczają Państwo długość kaniuli nosowej 183 cm Długość ta nie ma wpływu na jakość zarejestrowania sygnałów oraz przepływu powietrza podczas chrapania?
2. Pakiet nr: 7
Jakie parametry powinna spełniać rura wielorazowa do respiratora Trilogy 100, jaką długość oraz jaką średnicę rury Państwo dopuszczają?
3. Czy w pakiecie 6 Zamawiający dopuści kaniule nosowe do PSG o długości ok. 210 cm z końcówką typu Luer?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad.2 Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 26.04.2016r. Obowiązujący wzór Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia – *po modyfikacji* – w załączeniu.
Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.
- Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska