

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego
– postępowanie nr 24 Z PN 16.

Do dnia 21.04.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. **Pytanie dotyczy Pakietu III spirometr.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7" ?
2. **Pytanie dotyczy Pakietu III spirometr.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr o następujących parametrach: Spirometria: VC, IC, ERV, TV, BF Krzywa przepływ-objętość: FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV, FEV1/VC MAX, VC IN?
3. **Pytanie dotyczy Pakietu III spirometr.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr z głowicami pnemotachograficznymi, przewodem powietrznym, klipsami na nos oraz papierem termicznym o parametrach równoważnych z wymaganiami SIWZ, ale o innych symbolach ?
4. **Dotyczy - Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy § 5 ust. 5**
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu do postaci:
" Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia. (...)"
5. **§ 5 ust. 6** Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu na dostarczenie urządzenia zastępczego do 96 godzin?
6. **Dot. pakietu 3 SIWZ pkt.3.2, pkt. 11.2, projekt umowy par. 1 ust. 3 i 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym z VATem 23% (np. akcesoria do wózka), które nie posiadają osobnych dokumentów dopuszczających do obrotu?
7. **Dot. projektu umowy par. 5 ust. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin przypadających w dni robocze?
8. **Dot. projektu umowy par. 5 ust. 6 oraz przedmiot zamówienia pakiet VI lp.95**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że na czas napraw gwarancyjnych przekraczających 72 godziny w dni robocze, Wykonawca dostarczy w tym czasie urządzenie zastępcze?
9. **Dot. projektu umowy par. 5 ust. 3**
Prosimy o doprecyzowanie zapisu:
„Gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę gwarancyjną, wymianę części zamiennych (poza materiałami eksploatacyjnymi). Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania badań”
10. **Dot. projektu umowy par. 5 ust. 5**
Prosimy o zmianę zapisu na:
Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar (dane urządzenie) na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja obowiązku, o którym mowa w tym ustępie nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego towaru do czwartej naprawy gwarancyjnej.

11. Dot. pakietu VI lp. 29

Sekwencje filmowe są rejestrowane zwykle w systemach archiwizacji danych pracowni, czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie posiadające możliwości zapisu sekwencji filmowych?

12. Dot. pakietu VI lp. 33

Czy przez kompatybilność Zamawiający oczekuje również możliwość obsługi procesora i procesora USG przy pomocy jednej klawiatury?

13. Dot. pakietu VI lp. 94

Producent nie może odpowiadać za uszkodzenia aparatu w przypadku użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi sprzętu lub innych akcesoriów używanych wraz z endoskopem w czasie badania. W szczególności dostawca nie jest odpowiedzialny za zdarzenia losowe czy wypadki, które doprowadzają do uszkodzeń aparatów. Koszty takie nie są możliwe do skalkulowania. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje treść punktu i nada mu brzmienie: *Pełna bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń wynikających z wad ukrytych sprzętu i wad materiałowych – przez okres minimum 24 miesiące dotyczy tylko endoskopu?*

14. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści pompy do żywienia dojelitowego o następujących parametrach:

- 1) Masa pompy – 530 gram wraz z bateriami
- 2) Zasilanie z akumulatora wewnętrznego - 24 h przy przepływie 125 ml/h
- 3) Czas ładowania akumulatora – 5 h
- 4) Zasilanie i pobór mocy: bateryjne - 9V ciągły/ 800 mA
- 5) Dokładność przepływu: +/- 10%
- 6) Zakres szybkości infuzji – 400ml/h
- 7) Zakres ustawień dawki – 1-9999 ml
- 8) Historia podawania – 24h
- 9) Historia alarmów – do 250 zdarzeń
- 10) Tryb pracy nocny?

15. Pakiet V Zamawiający w punkcie 16 wymaga dodatkowej baterii, biorąc pod uwagę że respirator będzie pracował tylko na oddziale, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z baterią wewnętrzną a dodatkowa bateria jako opcja rozbudowy?

Pytania od 16 do 47 dotyczą – pakiet II: Zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą – 3 kpl.

16. Pompa objętościowa – 1 szt.:

poz. 5:

Czy Zamawiający ze względu na często występujący na oddziałach deficyt urządzeń do przetoczeń z dużych objętości oczekuje, aby pompa objętościowa, ze względu na charakter swojej pracy (rodzaje terapii prowadzonych przez pompy objętościowe) poza przetaczaniem płynów i preparatów krwiopochodnych (masy erytrocytarnej) miały również możliwość prowadzenia żywienia do- i pozajelitowego?

17. Pompa objętościowa – 1 szt.:

poz. 6:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową zasilaną akumulatorem wewnętrznym, pozwalającym na pracę przez min. 8,5h w przy przepływie 100 ml/h? Oferowany parametr jest tożsamy z wymaganym przez Zamawiającego.

18. Pompa objętościowa – 1 szt.: poz. 10, 11:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z uchwytem mocowanym oddzielnie/zatrzaskowo do pompy?

19. Pompa objętościowa – 1 szt.:

poz. 12:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z ręcznie zamykanymi drzwiczkami, z jedynie elektrycznym mechanizmem dociskającym, dającym pewność prawidłowego stopnia docisku części tłoczącej drenu do mechanizmu perystaltycznego oraz czujników w pompie?

20. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 15:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z prędkością infuzji programowaną w zakresie 0,1 – 1200 ml/h?

21. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 18:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z prędkością bolusa programowaną w zakresie 0,1 – 1200 ml/h?

22. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 21:

Czy Zamawiający opisując „[...] dedykowane linie infuzyjne wyposażone w **zastawkę silikonową** [...] ma na myśli element silikonowy (część tłocząca drewnu) mocowany w mechanizmie tłoczącym pompy, pozwalający na podaż z dokładnością do 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 – 99,9 ml/h?

23. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 25:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z programowaniem czasu infuzji w zakresie 1 – 99:59 min?

24. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 26:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową bez funkcji ostrzeżenia przekroczenia czasu pracy założonego zestawu w zakresie podanym przez Zamawiającego?

25. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 28:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową wyposażoną w możliwość ustawienia 9 poziomów ciśnienia alarmu okluzji?

26. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 30:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową z możliwością zaprogramowania prędkości KVO w zakresie wymaganym przez Zamawiającego z poziomu programu serwisowego?

27. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 33:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową wyposażoną w możliwość ustawienia ciśnienia alarmu okluzji w zakresie 75 – 900 mmHg?

28. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 37:

Czy Zamawiający, kierując się zasadą konkurencyjności dopuści pompę objętościową wyposażoną w funkcję wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 60 min?

29. **Pompa objętościowa – 1 szt.:**

poz. 38:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę objętościową wyposażoną w alternatywny sposób pracy w zaciemnionych warunkach, dzięki podświetlanemu ekranowi i klawiaturze nawigacyjnej, z możliwością regulacji natężenia podświetlenia?

30. **Pompa strzykawkowa – 5 szt.:**

poz. 57, 58, 59:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową z uchwytem integrowanym z pompą zatrząskowo, umożliwiającym mocowanie pompy w stacji dokującej bez uchwytu?

31. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 61:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową z panelem przednim chroniącym cylinder strzykawki przed ewentualnymi uszkodzeniami z zewnątrz, ze specjalnie wydzielonym przezroczystym oknem z funkcją powiększania dla ułatwionego odczytania skali, położenia tłoka i przebiegu infuzji?

32. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 62:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową z systemem mocowania strzykawki w trybie automatycznym, przy włączonej pompie?

33. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 67:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową z prędkością programowaną w zakresie 0,1 – 999,9 ml/h?

34. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 72:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową wyposażoną w funkcję bolus o analogicznych, programowanych parametrach przekraczających wymagane przez Zamawiającego wartości, z możliwością programowania zarówno bolusa tzw. „z ręki”, z programowaną objętością oraz objętością w jednostce czasu, bez możliwości podaży bolusa ręką przez przesunięcie tłoka manualnie?

35. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 74:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową wyposażoną w analogiczną funkcję pozwalającą wypełnić dren zarówno ręcznie, jak automatycznie przez pompę?

36. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 79:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową wyposażoną w możliwość ustawienia 9 poziomów ciśnienia alarmu okluzji?

37. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 82:

Czy Zamawiający opisując parametr „Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo [...] ma na myśli funkcję badania i sygnalizacji (alarm) wahań ciśnienia w linii, przy zastosowaniu standardowych drenów infuzyjnych do wszystkich pomp strzykawkowych?

38. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 84:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową wyposażoną w funkcję przerwy – stand-by w zakresie 1 min – 24 h, programowaną co 1 min, bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie?

39. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 85:

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści pompę strzykawkową wyposażoną w alternatywny sposób pracy w zaciemnionych warunkach, dzięki podświetlanemu ekranowi i klawiaturze nawigacyjnej, z możliwością regulacji natężenia podświetlenia?

40. Pompa strzykawkowa – 5 szt.:

poz. 89:

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością uzyskania danych dotyczących trendów, czyli inaczej, zgodnie z definicją „trendu”: tendencji rozwojowej (monotoniczny składnik w modelu zależności badanej wartości od czasu) objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia, a także innych zdarzeń, z poziomu programu serwisowego?

41. **Pompa strzykawkowa – 5 szt.:**
poz. 64:
 Czy Zamawiający oczekuje od pomp strzykawkowych również obsługi strzykawek 2/3 ml?
42. **Pompa strzykawkowa – 5 szt.:**
 Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy strzykawkowe miały w przyszłości możliwość rozbudowy podstawowego zakresu infuzji o profil TCI?
43. **Stacja dokująca – 1 szt.**
poz. 108:
 Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści stacje dokujące pozwalające na montaż pomp bez uchwytu mocowanego oddzielnie/zatrzaskowo do pomp?
44. **Stacja dokująca – 1 szt.**
poz. 112:
 Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści stację dokującą ze wskaźnikami pracy typu: m.in. stan zasilania, stan akumulatorów, poziom głośności systemu alarmów wizualno-akustycznych w stacji dokującej – na bocznej ścianie pokrywy stacji dokującej?
45. **Stacja dokująca – 1 szt.**
poz. 108:
 Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści stację dokującą nie wymagającą akumulatora zapewniającego dodatkowe zasilanie pomp infuzyjnych w stacji przez min. 1h.
46. **Stacja dokująca – 1 szt.**
poz. 108:
 Czy Zamawiający oczekuje, aby stacja dokująca posiadała możliwość montażu również do rur/szyn poziomych, kiedy zaistnieje taka konieczność?
47. **Stacja dokująca – 1 szt.**
poz. 115:
 Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści stację dokującą na 8 pomp, o łącznej masie ok. 9 kg?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1-Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.4 Zamawiający postanawia, że ust. 5 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5
 5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar (dane urządzenie) na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja obowiązku, o którym mowa w tym ustępie nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego towaru do czwartej naprawy gwarancyjnej.”

Ad.5 Zamawiający wyraża zgodę i tym samym ust. 6 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5
 6. Na czas napraw gwarancyjnych przekraczających 96 godzin w dni robocze, Wykonawca dostarczy w tym czasie urządzenie zastępcze.”

Ad.6 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia w Pakiecie 3 był wyrobem medycznym.

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę i tym samym ust. 4 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5
 4. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii po otrzymaniu zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia, nie później niż w ciągu 72 godzin przypadających w dni robocze.”

Ad.8 Zamawiający wyraża zgodę i tym samym ust. 6 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5

6. Na czas napraw gwarancyjnych przekraczających 96 godziny w dni robocze, Wykonawca dostarczy w tym czasie urządzenie zastępcze."

Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę i tym samym ust. 3 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5

3. *Gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę gwarancyjną, wymianę części zamiennych (poza materiałami eksploatacyjnymi). Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania badań."*

Ad. 10 Zamawiający postanawia, że ust. 5 paragrafu 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 5

"5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar (dane urządzenie) na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja obowiązku, o którym mowa w tym ustępie nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego towaru do czwartej naprawy gwarancyjnej."

Ad.11 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.12 Przez kompatybilność Zamawiający oczekuje również możliwość obsługi procesora i procesora USG przy pomocy jednej klawiatury.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia) Pakiet VI.

Ad.14.1) - Ad. 14.5) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.14.6) Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, wymagany zakres szybkości infuzji: 1÷600 ml/h.

Ad.14.7) - Ad. 14.9) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.14.10) Przez tryb pracy nocny, Zamawiający rozumie - wyłączone alarmy pompy.

Ad.15 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.16 Zamawiający nie wymaga, aby pompa objętościowa miała również możliwość prowadzenia żywienia do – i pozajelitowego.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.18 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.19 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.20 – Ad.26 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.27 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.28 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.29 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.30 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.31 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.32 - Ad.36 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.37 Zgodnie z SIWZ. Zamawiający miał na myśli sygnalizację wahań ciśnień w linii przy zastosowaniu standardowych drenów infuzyjnych.

Ad.38 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.39-Ad.40 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy o proponowanych parametrach.

Ad.41 Zamawiający nie oczekuje, aby pompa strzykawkowa obsługiwała również strzykawki 2/3 ml.

Ad.42 Zamawiający nie oczekuje, aby pompa strzykawkowa miała w przyszłości możliwość rozbudowy podstawowego zakresu infuzji o profil TCI.


Ad.43–Ad.45 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.46 Zamawiający nie oczekuje, aby stacja dokująca miała możliwość montażu również do rur/szyn poziomych.

Ad.47 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

