

E.ZP.261.19.2018

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do urządzeń i aparatury medycznej.

Do dnia 02.07.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pakietu nr 3:

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści maski o rozmiarach producenta M,L (co odpowiada standardowym rozmiarom L,XL)?

2. Dotyczy pakietu nr 5:

Czy zamawiający dopuści: Filtr jednorazowy, antybakteryjny, dwukierunkowy (łącznik męski średnica wew.15 mm/średnica zew. 22 mm, łącznik żeński średnica wew. 22 mm), biały, z niebieskim znacznikiem z cienką warstwą wewnętrzną, bez złączy kontowych, opór przy 0,5 l/s 0,9 mH₂O (hPa)/l/s, przestrzeń „martwa” 55 ml. Kompatybilny z respiratorem Trilogy 100 i BIPAP A-40?

3. ... dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową z technologią FlexiFit i ruchomym paskiem mocującym Glider, technologie te zapewniają automatyczne dopasowanie maski do różnych kształtów twarzy, zapewniają swobodę ruchu podczas obracania głowy na boki i jednocześnie minimalizują ryzyko powstania nieszczelności. Maskę plastikową zakończona wymienną uszczelką silikonową w 3 rozmiarach S, L, M (nie zawierającą latexu) której matowa tekstura nie podrażnia skóry twarzy i zapewnia optymalną szczelność (w części twarzowej i czołowej), z uprzężą wielokrotnego użytku.

Wyposażona w: port wydechowy, port tlenowy lub bez portu tlenowego, ze wspornikiem czołowym, obrotową końcówką do podłączenia do rury łączącej maskę z aparatem. Posiadająca pasek mocujący, który jednym ruchem zwalnia zapięcie w konsekwencji czego maska nie wymaga ciągłego dopasowania. Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami CPAP, BiPAP, respirator typ Trilogy 100. W komplecie zapasowa uprząż i uszczelki silikonowe (czołowa, twarzowa) - po 1 sztuce.

11/5 ca

4. ... dot. Pakietu 4


Czy Zamawiający dopuści maskę nosową nowej generacji zakończoną silikonową uszczelką (nie zawierającą latexu) której matowa tekstura nie podrażnia delikatnej skóry wokół nosa, nowoczesna funkcja RollFit zapewnia optymalną szczelność, dopasowanie i wygodę użytkowania dzięki obniżeniu ciśnienia na grzbiecie nosa. Uszczelki silikonowe są wielokrotnego użytku, i dopinane są do maski za pomocą wygodnego do użycia zapięcia Easy-Clip. Uprząż do maski jest wykonana z materiału oddychającego z mocowaniem na szczycie głowy dzięki któremu pacjent swobodnie może poruszać głowę przy pełnym zapewnieniu szczelności. Maską jest wyposażona w: port wydechowy z możliwością podłączenia tlenu oraz obrotową końcówkę do podłączenia do rury łączącej maskę z aparatem. Posiadająca mocowanie uprząży z możliwością jej wygodnego odpięcia. Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami CPAP, BiPAP, respirator typ Trilogy 100. W komplecie zapasowa uprząż i poduszka silikonowe -po 1 sztuce. Rozmiar S,M,L.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 i Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o przedstawionych opisach.
- Ad.3 i Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zawartą w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodując konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Lek. Bogusław Jasik

MS ca