

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych - mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą aparatu do barwienia.

Do dnia 20.07.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. § 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
2. § 10 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i możliwość naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?
3. § 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
4. § 10 ust 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i możliwość naliczania kar od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (a nie od wartości całej umowy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?
5. § 10 ust 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i możliwość naliczania kar od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (a nie od wartości całej umowy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?
6. §5 ust 3 Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis „(...) w ciągu 24 godzin w dni robocze(...)”?
7. §5 ust 4 Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis umożliwiający pokrywanie przez Zamawiającego tylko różnicy kosztów badań w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy, w sytuacji przedłużającej się naprawy aparatów i braku możliwości wstawienia aparatu zastępczego?
8. §5 Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu kradzieży, pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na
9. **Dotyczy: załącznika nr 1-3 Formularz cenowy, Pakiet nr 3 - pozycja 1:**
Czy w powyższej pozycji, w celu osiągnięcia maksymalnej jakości produktu, Zamawiający wymaga aby metodyka testu zawierała informacje odnośnie reaktywności testu na minimum 39 szczepów wirusów grypy typu A i B zarówno ludzkich jak i zwierzęcych?
10. **Dotyczy: załącznika nr 1-3 Formularz cenowy, Pakiet nr 3 - pozycja 4:**
Czy we wskazanej pozycji Zamawiający wymaga odczynnika konfekcjonowanego po 50 ampulek zawierających 0,5 ml odczynnika każda?
11. **Dotyczy: zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3.3:**
Czy w przypadku zaoferowania produktu znanego i używanego przez jednostkę – Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 – Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

Ad.6 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w umowie i nadaje §5 ust. 3 następującą treść:

"W przypadku uszkodzenia lub awarii Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do jej usunięcia w ciągu 24 godzin w dni robocze od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia lub awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 5 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu aparat „zastępczy” na czas naprawy właściwego dzierżawionego aparatu, w celu zapewnienia ciągłości badań. Udostępnienie aparatu powinno nastąpić nie później niż piątego dnia przypadającego na usunięcie awarii. "


Ad.7 i Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza proponowaną treść zapisu w zakresie metodyki wykonania testu.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza proponowany sposób konfekcjonowania odczynnika.

Ad.11 Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


mgr Małgorzata Brodawska