

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów myjących i dezynfekcyjnych  
– postępowanie nr **29 Z PN 18**.

Do dnia 28.06.2018r. godz. 10:00 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476) lub  
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476).
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.Dopuszczenie producenta głowic USG. Okres trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania 28 dni. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, okres trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania 28 dni lub Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.Dopuszczenie producenta głowic USG. Okres trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania 28 dni. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
3. Dotyczy Pakiet 18  
Czy zamawiający dopuści środek, preparat do dezynfekcji fumigacyjnej bez kationów srebra, które są niebezpieczne dla organizmu ludzkiego? Kationy srebra nie rozkładają się i są wchłaniane do organizmu ludzkiego przez drogi oddechowe i skórę zostając tam i powodując chorobę Srebrzycę (argyrię).

4. Czy zamawiający dopuści środek, preparat do dezynfekcji fumigacyjnej na bazie 7% nadtlenu wodoru? Skuteczność tego środka jest wyższa od podanego przez zamawiającego.
5. Czy zamawiający dopuści środek, preparat do dezynfekcji fumigacyjnej o innym zapachu niż miętowy? Rekomendujemy zapach zielone jabłko, zapach leśny lub neutralny.

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

- Ad.1 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat, który je spełnia. Dotyczy to zarówno rozmiaru chusteczek, składu chemicznego, wielkości opakowania jak i bójczości.
- Ad.2 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat, który je spełnia. Dotyczy to zarówno rozmiaru chusteczek, składu chemicznego, wielkości opakowania jak i spektrum i czasu działania.
- Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania preparatu bez kationów srebra. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum.
- Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania preparatu na bazie 7% nadtlenu wodoru.
- Ad.5 Zamawiający dopuści możliwości zaoferowania zapachu innego niż miętowy, ale nie neutralny.

***UWAGA:***

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

*mgr Mariola Brodowska*