

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów myjących i dezynfekcyjnych  
– postępowanie nr **29 Z PN 18**.

Do dnia 02.07.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 wymaga, aby preparat wykazywał działanie prątkobójcze (Tbc) względem *Mycobacterium avium* i *Mycobacterium terrae*?
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 wymaga, aby działanie prątkobójcze preparatu było potwierdzone badaniami wg normy EN 14653?
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 wymaga preparatu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), który rozkłada zanieczyszczenia organiczne do pozostałości rozpuszczalnych w wodzie, co zwiększa efektywność mycia?
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 wymaga użycia roztworu preparatu o stężeniu 0,5%?
5. **dotyczy Zadania nr 25, poz. 1 i 2**  
Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 w poz. 1 i 2 produkty w opakowaniach do 10L, a spełniające pozostałe parametry?
6. Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 9 ust. 3.
7. Wzór umowy par. 9 ust. 7. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 50 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł (...)".
8. Wzór umowy par. 9 ust. 8. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 500 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 50 zł (...)".
9. **Dotyczy pakietu nr 7**  
Na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie Normy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 wymaga preparatu działającego na *Mycobacterium tuberculosis*? Skuteczność mikrobiologiczna chemicznych preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi oceniana jest zgodnie z normami europejskim. Ogólne zasady zastosowania norm dla chemicznych środków dezynfekcyjnych zawarte są w normie EN 14885 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”. Zgodnie z zapisem w normie EN 14885, która definiuje cyt: „działanie bójcze wobec prątków gruźlicy - zdolność produktu, w określonych warunkach, do zabijania *Mycobacterium tuberculosis*, wykazana przez zdolność do redukowania liczby zdolnych do życia komórek organizmu testowego *Mycobacterium terre*” (zgodnie z Rozdz. 3 ppkt. 3.2.12 oraz ppkt. 3.2.13 Normy EN 14885 ). Tak więc M. Terre jest prątkiem testowym wykorzystywanym do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w Krajach Unii Europejskiej i charakteryzują się tą samą opornością co M.Tuberculosis. Norma w sposób jednoznaczny podkreśla, że zdolność produktu do zabijania *Mycobacterium tuberculosis* wykazana jest przez organizm testowy *Mycobacterium Terre*. Prosimy zatem o dopuszczenie w Pakiecie 7 preparatu o spektrum działania na Tbc (*Mycobacterium tuberculosis* lub *Mycobacterium terrae*)?
10. Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści preparat do dezynfekcji na bazie dwóch alkoholi, gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni, nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i związków amoniowych, działający na B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*), V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Rota, Noro) przy wysokim obciążeniu organicznym w czasie 1 min., w opakowaniu handlowym II z wbudowanym spryskiwaczem, o niskiej uciążliwości użytkowej?

11. **Dotyczy pakietu nr 13**  
Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści preparat w postaci proszku, do ręcznego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, zawierający w składzie enzymy, dzięki którym bardzo dobrze usuwa zanieczyszczenia, bez aldehydów i chloru. O spektrum działa wobec B, F (*C. albicans*, *A. brasiliensis*), Tbc (*M. avium*, *M. terrae*), V (Polio, Adeno, Noro, Rota), S w czasie 30 min., nie wymagający dodatku aktywatora, przeznaczony do narzędzi ze szkła, gumy, plastiku, stali nierdzewnej?
12. **Dotyczy pakietu nr 27**  
Czy Zamawiający w pakiecie 27 dopuści preparat bezalkoholowy w pianie do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia medycznego, wykazujący działanie wobec B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*), V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex) w czasie 5 min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
13. **Dotyczy pakietu nr 28**  
Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także z tworzyw sztucznych i gumy. Preparat w postaci gotowej do użycia pianki, z możliwością pozostawienia narzędzi przez 72h pod działaniem preparatu, o bardzo dobrych właściwościach myjących, wykazujący działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze, działający na B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. avium*, *M. terrae*), V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio) w czasie 15 min., w opakowaniu handlowym 1l ze spryskiwaczem?
14. Pakiet 3 Czy zamawiający przyjmie wyniki badań skuteczności wobec wirusa Adeno i Polio jako potwierdzenie pełnej skuteczności wirusobójczej?
15. Pakiet 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1000ml (IV kategoria higieniczno sanitarna) Kompatybilnego z innymi dozownikami ? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się wymienić nieodpłatnie i bez udziału personelu szpitalnego niezbędną liczbę dozowników.
16. Pakiet 7 i 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie 1 alkoholu spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Liczba alkoholi w preparacie nie ma wpływu na jego użytkowania a preparat wykazuje skuteczność wobec szerszego od wymaganego spektrum w krótszym czasie.
17. Pakiet 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w opakowaniu 300tabl. oraz prosimy o wyjaśnienie czy ilość zamawianego preparatu ma być przeliczona dla stężenia uwzględniającego skuteczność wobec *Cl. Difficile*.
18. Pakiet 19 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 1kg.
19. Pakiet 11 Czy zamawiający oczekuje skuteczności wobec *Cl. Difficile* w stężeniu 6000ppm?
20. Pakiet 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu skutecznego wobec wymaganego spektrum w czasie 15min.
21. Pakiet 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w opakowaniu 1kg.
22. Pakiet 35 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w opakowaniu 1kg.
23. **... pakietu 1.**  
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat, gotowy do użycia, o natychmiastowym i przedłużonym działaniu, na bazie mieszaniny alkoholi bez nadtlenu wodoru, charakteryzujący się potwierdzoną skutecznością bójczą wobec B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota, Polio. Preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy w opakowaniu 250ml z atomizerem ?
24. **.... pakietu 2.**  
Czy Zamawiający dopuści barwiony preparat, gotowy do użycia, o natychmiastowym i przedłużonym działaniu, na bazie mieszaniny alkoholi bez nadtlenu wodoru, charakteryzujący się potwierdzoną skutecznością bójczą wobec B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota, Polio. Preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy w opakowaniu 250ml z atomizerem ?
25. **... pakietu 3 poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej dezynfekcji rąk w żelu z zawartością substancji pielęgnujących i nawilżających, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, przebadany wg norm pnEN 12054/13727, EN1275, EN 1500, EN 12791, DGHM / VAH, posiadający doskonałe właściwości bójcze: - bakteriobójczy /w tym MRSA/ - Tbc-drożdżobójczy , wirusobójczy w stosunku do wirusów otoczkowych (w tym: HBV, HCV, HIV), Vaccina, Rotavirus, wirusa ptasiej grypy typu A, oraz wirusów bezotoczkowych (Norowirus, Rota, Adeno i Polio) w opakowaniu a 500ml z dołączoną pompką?

26. ... pakietu 7  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ na bazie I alkoholu etylowego?
27. ... pakietu 7  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający skuteczność bójczą wobec *C. albicans*, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
28. ... pakietu 10  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniu a'200 sztuk ?
29. ... pakietu 20  
Czy Zamawiający uzna za skuteczność wobec prątków potwierdzoną skuteczność wobec *Mycobacterium terrae* wg normy PN EN 14348?
30. ... pakietu 20  
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zachowujące trwałość po otwarciu min. 2 miesiące?
31. ... pakietu 23  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający skuteczność bójczą wobec *C. albicans* w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia skuteczności o pełne działanie grzybobójcze w wyższym stężeniu?
32. **Pakiet 13 Poz.1**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w opakowaniach a 6 kg?
33. **Dotyczy Pakietu 1:**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o statusie produktu biobójczego, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu?
34. **Dotyczy Pakietu 3:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu o czasie działania do 30 sek. w wymaganym spektrum z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk, która trwa 30 sek.?
35. **Dotyczy Pakietu 4:**  
Czy Zamawiający wymaga preparatów do dezynfekcji rąk przebadanych zgodnie z obowiązującymi normami z obszaru medycznego na szczepach normatywnych ?
36. **Dotyczy Pakietu 4:**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie alkoholu etylowego 70% (700 mg/g; tj. 755 ml/L) z dodatkiem składników chroniących i pielęgnujących skórę pochodzenia roślinnego typu bisabolol oraz substancji nawilżających np. gliceryna, glicerydy, o szerokim spektrum bójczym : B (EN 13727-30 sek.), pełne grzybobójcze – *C. albicans*, *A. niger* (EN 13624 – 30 sek.), Tbc (EN 14348 – 30 sek.), pełne spektrum wirusobójcze EN 14476 – HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Herpes, Corona A H1N1 – 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
37. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający wymaga preparatów do dezynfekcji rąk przebadanych zgodnie z obowiązującymi normami z obszaru medycznego na szczepach normatywnych ?
38. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta dozowników typu Sterisol potwierdzającego kompatybilności oferowanego preparatu z dozownikiem?
39. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu o działającego na wirusy Polio, Adeno i Noro ?
40. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu o czasie działania do 60 sek. na wymagane spektrum ?
41. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, o zawartości alkoholu min. 70%?
42. **Dotyczy Pakietu 5:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu bez zawartości fenolu lub jego pochodnych czy dopuszcza preparaty mogące toksycznie wpływać na skórę poprzez długotrwałe stosowanie z zawartością fenolu lub jego pochodnych?

**43. Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji małych powierzchni na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian), spełniający wymagania SIWZ, wykazujący skuteczność bójczą już w:

- 30 sekund: bakterie, prątki grzybicy, drożdże, wirusy ( adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)
- 5 minut: bakterie, prątki (*M. terrae*, *M. avium*), grzyby, wirusy ( adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)

**44. Dotyczy Pakietu 8:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu, działające na B, F, Tbc 1 min., V (HBV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) – 30 sek. Polio – 5 minut, o powierzchni pojedynczej chusteczki nie mniejszej niż 247 cm<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**45. Dotyczy Pakietu 8:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w opakowaniu typu flow-pack?

**46. Dotyczy Pakietu 10:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania po 200 szt. tabletek, przebadany na szczepach normalnych tj. *M. terrae* i *M. avium* a nie na *M. tuberculosis*? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie.

**47. Dotyczy Pakietu 13:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po przygotowaniu roztworu roboczego?

**48. Dotyczy Pakietu 13:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu wykazującego działanie sporobójcze wobec *B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*, *C. sporogenes*?

**49. Dotyczy Pakietu 16:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po przygotowaniu roztworu roboczego?

**50. Dotyczy Pakietu 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWC, wykazującego działanie sporobójcze wobec m.in. *C. Difficile* w max. czasie 15 min., konfekcjonowanego w op. 1 kg, każde wyposażone w miarkę dozującą?

**51. Dotyczy Pakietu 19:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1 kg, każde wyposażone w miarkę dozującą?

**52. Dotyczy Pakietu 19:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po przygotowaniu roztworu roboczego?

**53. Dotyczy Pakietu 20:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, inkubatorów oraz wszelkich delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, posiadające w składzie śladową ilość alkoholu, który nie jest substancją aktywna, lecz powoduje szybsze odparowanie preparatu z dezynfekowanej powierzchni, działające na B, F – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., posiadające oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, o powierzchni pojedynczej chusteczki nie mniejszej niż 247 cm<sup>2</sup> spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**54. Dotyczy Pakietu 20:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w opakowaniu typu flow-pack?

**55. Dotyczy Pakietu 23:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni, o spektrum działania: B, Tbc (*M. tuberculosis*), F (*C. albicans*), V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

56. **Dotyczy Pakietu 23:**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o statusie wyrobu medycznego?
57. **Dotyczy Pakietu 27:**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o szerokim spektrum działania: B – 3 min., F (*C. albicans*) – 5 min., Tbc (*M. tuberculosis*), F (*C. albicans*, *A. niger*) – 15 min. V (H1B, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) – 1 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
58. **Dotyczy Pakietu 28:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu zawierającego kompleks enzymów (amylaza, proteaza, lipaza)?
59. **Dotyczy Pakietu 28:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu skutecznego wobec bakterii wieloopornych m. in. *Acinetobacter baumannii* ESBL, *Enterobacter cloacae* OXA 48, *Enterococcus faecium* – VRE, *Escherichia coli* OXA 48, *Klebsiella pneumoniae* OXA 48?
60. **Dotyczy Pakietu 31:**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1 kg, każde wyposażone w miarkę dozującą?
61. **Dotyczy Pakietu 31:**  
Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po przygotowaniu roztworu roboczego?
62. **Dotyczy Pakietu 31:**  
Czy ilość koncentratu należy wyliczyć w oparciu o działanie preparatu na wymienione spektrum w tym tylko wirusy HIV, HBV, HCV czy również w przyjętym stężeniu ma działać na Polio, Adeno i Noro w czasie 15 min.?
63. **Dotyczy Pakietu 33:**  
Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki inkrustowane chlorem, do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi; o statusie produktu biobójczego, w rozmiarze 19x24 cm, wykazujące działanie wobec B, Tbc, F, V, S (w tym *C. Difficile*) w czasie do 15 min., o trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania do 24 m-cy?
64. **Pytanie ogólne**  
Prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

- Ad.1 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia. Zamawiający oczekuje preparatu wykazującego bójcze działanie wobec minimum Tbc.
- Ad.2 Norma, na którą powołuje się Wykonawca nie dotyczy przedmiotu zamówienia objętego w/w postępowaniem. Wymagania stawiane preparatom regulują zapisy SIWZ, pkt.10.3.
- Ad.3 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.4 Zamawiający podaje w SIWZ jedynie potrzebną ilość roztworu roboczego. Natomiast stężenie preparatu, spełniającego wymagania bójcze oraz wskazany czas działania, podaje wykonawca w treści oferty.
- Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach do 10 litrów.

Ad.6 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie par. 9 ust. 3. W związku z tym § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

### **„Reklamacje i kary umowne**

#### **§ 9**

1. *W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru i żądania jego bezzwłocznej wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową lub dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w § 7. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia jej zgłoszenia i powiadomienia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2, o decyzji faksem najpóźniej w dniu, w którym upływają 2 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu 48 godzin.*
2. *Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy lub drogą elektroniczną lub zgłoszona telefonicznie i potwierdzona pisemnie.*
3. *W przypadku powtarzającej się złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub ich zaniechania, a także nieuwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia.*
4. *W przypadku zwłoki w dostawie lub wymianie towaru na wolny od wad i zgodny z umową stosunku do terminów podanych w umowie lub zaniechania dostaw, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.*
5. *Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w wypadku nieterminowego lub wadliwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 ust. 1, 6 - 9 - (dotyczy Pakietów: 23, 24 i 25).*
6. *Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w terminie wskazanym w §1 ust. 3 umowy do osoby wskazanej w § 6 ust. 2 aktualnych kart charakterystyk preparatu.*
7. *Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe zaniechanie bieżącej aktualizacji kart charakterystyk – dla każdego oferowanego preparatu, zgodnie z § 1 ust. 3 umowy.*
8. *Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”*

Ad.7 i Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Ad.9 Wymagania dotyczące spektrum działania oczekiwanego preparatu dezynfekcyjnego określa „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia. Natomiast obowiązujące normy wskazują na organizmy testowe, które użyte w badaniu udowadniają deklarowane działanie bójcze preparatu. Zatem oczywistym dla Zamawiającego jest, że wystarczającym dla udowodnienia bójczego wobec *Mycobacterium tuberculosis* działania, jest organizm testowy *Mycobacterium terrae* lub *Mycobacterium tuberculosis*.

Ad.10 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również spektrum działania preparatu, jak i rodzaju opakowania. Ze względu na charakter szpitala (BSL-3), Zamawiający nie dopuszcza opakowań z wbudowanym spryskiwaczem.

Ad.11 i Ad. 12 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty potwierdzają wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.

- Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w pianie dozowanego ze spryskiwacza, ze względu na charakter szpitala (BSL-3).
- Ad.14 Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu o działaniu bóczym wobec minimum wirusów osłonionych, zatem - dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.15 Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników. Zamawiający przewiduje wymiany dozowników i w związku z tym nie dopuszcza większych opakowań.
- Ad.16 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniu po 300 tabletek. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników. Zgodnie z zapisami w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia ilość roztworu roboczego dotyczy warunków „brudnych”.
- Ad.18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w proponowanych opakowaniach 1kg. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników.
- Ad.19 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia. Podane przez Zamawiającego stężenie aktywnego chloru dotyczy warunków „brudnych”.
- Ad.20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu skutecznego wobec wymaganego spektrum w czasie 15min. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia. Zamawiający oczekuje preparatu w czasie działania maksymalnie 10 min.
- Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 1kg. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników.
- Ad.22 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniu 1 kg, zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 02.07.2018r.  
Obowiązujący wzór Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia – *po modyfikacji* – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.
- Ad.23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu.
- Ad.24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to zarówno składu, jak i wielkości opakowania.

- Ad.25 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty poświadczą wymagania opisane w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia na bazie 1 alkoholu etylowego. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu.
- Ad.27 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu wykazującego pełne grzybobójcze działanie, potwierdzone dokumentami zgodnie z SIWZ.
- Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniu a'200 sztuk. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników.
- Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Zamawiający oczekuje preparatu o potwierdzonej pełnej skuteczności prątkobójczej.
- Ad.30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chusteczki zachowującej trwałość po otwarciu min. 2 miesiące. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również okresu trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania – minimum 3 miesiące.
- Ad.31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu posiadającego skuteczność bójczą wobec *C. albicans* w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia skuteczności o pełne działanie grzybobójcze w wyższym stężeniu. Zamawiający dopuszcza preparat wykazujący wymagane w opisie przedmiotu zamówienia działanie w jednym stężeniu.
- Ad.32 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu w opakowaniu 6 kg pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 02.07.2018r.  
Obowiązujący wzór Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia – *po modyfikacji* – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.
- Ad.33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o statusie produktu biobójczego, na bazie etanolu. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego.
- Ad.34 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk.
- Ad.35 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk, spełniającego wymagania (odpowiednio) zgodnie z pkt.10.2, 10.3 lub 10.4, 10.5 SIWZ.
- Ad.36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu procentowego alkoholu.
- Ad.37 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk, spełniającego wymagania (odpowiednio) zgodnie z pkt.10.2, 10.3 lub 10.4, 10.5 SIWZ.
- Ad.38 Zamawiający nie oczekuje oświadczenia producenta dozowników typu Sterisol potwierdzającego kompatybilności oferowanego preparatu z dozownikiem. Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia dostawcy preparatu potwierdzającego kompatybilność z dozownikiem typu Sterisol.
- Ad.39 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk, spełniającego wymagania (odpowiednio) zgodnie z pkt.10.2, 10.3 lub 10.4, 10.5 SIWZ.



- Ad.40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o czasie działania do 60 sek. na wymagane spektrum. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk, tj. w czasie działania 30 sek.
- Ad.41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie do oceny preparatu o zawartości alkoholu min. 70%. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu procentowego alkoholu.
- Ad.42 Wymagania dotyczące zaoferowania oczekiwanego preparatu są ściśle określone w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.43 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu preparatu, spektrum i czasu działania.
- Ad.44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu preparatu, spektrum działania, czasu działania i rozmiaru pojedynczej chusteczki.
- Ad.45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chusteczek w proponowanym opakowaniu. Zamawiający oczekuje trwałych, sztywnych opakowań, zgodnie z opisem w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna do potrzeb użytkowników.
- Ad.47 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum.
- Ad.48 Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ i którego dokumenty potwierdzą sporobójcze działanie preparatu zgodnie z pkt. 10.3 SIWZ.
- Ad.49 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum.
- Ad.50 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagany przez Zamawiającego czas działania jak i wielkość opakowania są dostosowane i optymalne - do potrzeb użytkowników.
- Ad.51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 1 kg, wyposażonego w miarękę dozującą. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna - do potrzeb użytkowników.
- Ad.52 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum.
- Ad.53 i Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to również składu preparatu, spektrum działania, czasu działania, rozmiaru pojedynczej chusteczki oraz typu opakowania.
- Ad.55 i Ad.56 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o spektrum działania podanym w zadnym pytaniu. Wymagane spektrum jest zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o statusie wyrobu medycznego.
- Ad.57 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to spektrum, jak i czasu działania.

- Ad.58 i Ad.59 Wymagania dotyczące preparatu zostały określone w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- Ad.60 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 1 kg, wyposażonego w miarkę dozującą. Wymagana przez Zamawiającego wielkość opakowania jest dostosowana i optymalna do - potrzeb użytkowników.
- Ad.61 Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum.
- Ad.62 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia posiadającego bójcze działanie minimum wobec wirusów osłonionych w czasie maksymalnym 15 min.
- Ad.63 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia należy traktować jako niezbędne minimum. Dotyczy to składu chemicznego (konieczność użycia w obecności pacjenta) jak i rozmiaru pojedynczej chusteczki).
- Ad.64 Zamawiający określił sposób podania ilości opakowań w pkt. 3.3 SIWZ i 3.4 SIWZ tj.  
„3.3 W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną).  
3.4 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny.”.

**UWAGA:**

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
  
lek. Bogusław Jasik