

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic nitrylowych.

Modyfikacja

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na:

1) zmianie zapisu punktu 10.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Badania potwierdzające antyalergiczną wydane przez jednostki badawcze, tzn. badania potwierdzające że rękawiczka jest wolna od akceleratorów chemicznych – tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli.”

2) zmianie zapisu punktu 3.2 c) SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„być przebadany w zakresie ochrony przed przenikaniem cytostatyków zgodnie z metodologią opisaną w normie 374-3 lub przebadany zgodnie z normą ASTM D 6978-05”.

3) zmianie zapisu punktu 10.5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Badania potwierdzające ochronę przed przenikaniem cytostatyków zgodnie z metodologią opisaną w normie 374-3 lub zgodnie z normą ASTM D 6978-05, wydane przez jednostki badawcze”.

3) zmianie zapisów zawartych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), w zakresie grubości rękawicy na palcu i ochrony przed przenikaniem cytostatyków, zgodnie z treścią zmodyfikowanego załącznika - w załączeniu.

Oferty należy składać na zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ.

II. W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.09.2017r. godz. 10:00 i jednocześnie termin otwarcia ofert ustala na dzień 07.09.2017r. godz. 10:30 – zmianie ulega odpowiednio treść punktów 18.12, 19.2 i 19.4 SIWZ, które otrzymuje następujące brzmienie:

1) „18.12 Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: OFERTA – przetarg nieograniczony na dostawę rękawic nitrylowych. Postępowanie nr 30 Z PN 17. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 07.09.2017r. godz. 10:30.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

2) „19.2 Termin składania ofert upływa z dniem 07.09.2017r. o godz. 10:00.

3) „19.4 Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07.09.2017r. godz. 10:30.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska