

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1:

Czy w rozumieniu **Pakiet nr 3** (szafka przyłóżkowa z blatem bocznym) Zamawiający dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych dla zwiększenia konkurencyjności ofert, opisanych poniżej:

Szafka przyłóżkowa jednostronna z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium. Odporna na dezynfekcję. Szafka wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną szafkę.

Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz ręczce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn.

Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym.

Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. Drzwi szafki zamykające się na magnes z uchwytem aluminiowym.

4 Cichobieżne koła w tym dwa blokowane.

3 relingi z aluminium umieszczone na głównym blacie zapobiegające zsuwaniu się rzeczy.

Wymiary szafki: wysokość 75 cm, Szerokość 58 cm, głębokość 40 cm


Wymiary blatu bocznego: Głębokość 40 cm, Szerokość 57 cm, maksymalna wysokość 100 cm.

Dostępne kolory szafki 5 do wyboru przez Zamawiającego.

Zdjęcie poglądowe szafki przyłóżkowej:

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
*mgr Mariola Brodowska*

43



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

**Pytanie 2:**

Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy dodatkowego zapisu.

**Pytanie 3:**

Prosimy o modyfikację zapisów §8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 8 projektu umowy.

**Pytanie 4:**

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §5 adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający § 4 projektu umowy wskazał osoby upoważnione w zakresie realizacji umowy wraz z ich adresami e-mail, na które Wykonawca może przesłać fakturę w formie elektronicznej.

**Pytanie 5:**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szafy metalowe, niewykonane ze stali?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szafy metalowe niewykonane ze stali.

**Pytanie 6:**

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści szafy metalowe, niewykonane ze stali?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szafy metalowe niewykonane ze stali.

**Pytanie 7:**

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłóżkową, która w miejsce półki koszowej na obuwie posiada miejsce pod drzwiczkami szafki przeznaczone na obuwie pacjenta? Obuwie pacjenta umieszczane jest od przodu szafki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

4

**Pytanie 8:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową opartą na stelażu stalowym? Wszystkie elementy stalowe szafki pokryte są warstwą lakieru epoksydowanego z dodatkiem substancji antybakteryjnej zapobiegającej namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

**Pytanie 9:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową, która na zasadzie równoważności posiada blaty główny i boczny wykonany z trwałego, odpornego na uderzenia ABS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby zaoferowana szafka posiadała blaty główny i boczny wykonany z trwałego, odpornego na uderzenia ABS.

**Pytanie 10:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową, w której blat boczny jest zamontowany na kolumnie z siłownikiem i nie potrzebuje dodatkowego koła celem dobrej stabilizacji? Kolumna z siłownikiem, na którym oparty jest blat boczny jest elementem wystarczającym do zapewnienia wysokiej stabilności szafki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

**Pytanie 11:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową o wymiarach zewnętrznych z blatem bocznym zamontowanym na stałe i wbudowanym w strukturę szafki: Długość całkowita: 430 mm, wysokość całkowita: 880 mm? szerokość całkowita: 500 mm, szerokość szafki przy całkowicie rozłożonym blacie bocznym: 1280 mm (rozłożenie blatu bocznego nie wpływa na długość i wysokość szafki). Wymiar blatu bocznego: 590 mm x 360 mm, wymiar blatu głównego: 430 mm x 500 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

**Pytanie 12:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową z szufladą o wysokości : 85 mm i wysokością szafki z drzwiami 575 mm, przestrzeń między szufladą a szafką: 220 mm, przestrzeń między szafką a miejscem na obuwie: 195 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-3 do SIWZ.

**Pytanie 13:**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafkę przyłózkową z blatami z ogranicznikami na całym obwodzie tzn. cztery ograniczniki zapobiegające rozlewaniu się przedmiotów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z blatami z ogranicznikami na całym obwodzie tzn. cztery ograniczniki.

**Pytanie 14:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści szafkę stojącą opisaną w punkcie 3. wyposażoną w szuflady, których boki wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub szary, natomiast tył i dno wykonane z płyty meblowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-4 do SIWZ.

**Pytanie 15:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Prosimy o określenie ile części miałyby dzielić się wkłady w szufladach w szafce stojącej opisaną w punkcie 3 ?

**Odpowiedź:**

Wkłady w szufladach będą miały różny podział od 1 do 3.

**Pytanie 16:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy opisany w punkcie 4. wyposażony w koła o średnicy 100 mm? Wymiar ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stoika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-4 do SIWZ.

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

*[Handwritten mark or signature]*



**Pytanie 17:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy zamawiający dopuści szafę z szufladami i drzwiami opisaną w punkcie 5. o wymiarach: 510x550x1950 mm ? Wymiary te nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność szafy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby wymiary szafy były zgodne z SIWZ (szafa będzie dostawiona do istniejących mebli).

**Pytanie 18:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści szafę z szufladami i drzwiami opisaną w punkcie 5. wyposażoną w zamek trzypunktowy patentowy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ww. szafy wyposażonej w zamek trzypunktowy patentowy.

**Pytanie 19:**

**Dotyczy Pakietu 4**

Prosimy o określenie czy szafa z szufladami i drzwiami opisaną w punkcie 5. ma posiadać w górnej części drzwi przeszklone?

**Odpowiedź:**

Drzwi szafy w górnej części nie mają być przeszklone.

**Pytanie 20:**

**Dotyczy pakietu nr 1 i 2 – Rozdział 3 pkt 3.3 SIWZ w zw. z Rozdziałem 10 pkt 10.1 SIWZ w zw. z § 1 ust 3 umowy.**

Archiwa opisane przez Zamawiającego w załącznikach nr 1-1 oraz 1-2 są wyrobami ogólnolaboratoryjnymi tj. niemedyicznymi w myśl ustawy o wyr. med. z 20.05.2010r i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności oraz przeprowadzać oceny zgodności przy udziale jednostki notyfikowanej. Nie podlegają również kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i zostały przez polskiego ustawodawcę obłożone 23 % stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak archiwów dostępnych na rynku do stosowania w placówkach leczenia. Prosimy zatem o odstąpienie od wymogu spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i posiadania tym samym Deklaracji zgodności w zakresie pakietów nr 1 i 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający wymaga aby zaoferowane szafy archiwizujące były wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE w myśl ustawy o wyrobach medycznych, z uwagi na to, że przechowywany będzie w nich materiał biologiczny.

**UWAGA:**

*Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodując konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
mgr Mariola Brodowska