

E.ZP.261.30.2019

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów jednorazowych antybakteryjnych do respiratora TRILOGY 100 i BIPAP A-40.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, czysty mikrobiologicznie, opór przy 0,5 l/s 0,41 cm H₂O (hPa)/l/s, przestrzeń martwa 77 ml z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego antybakteryjno-wirusowego elektrostatycznego, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych, żółty, od 200ml objętości oddechowej., bez wymiennika, skuteczność filtracji 99,99%, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm H₂O przy 60L/min, waga 28g, łącznik męski średnica wew.15 mm/średnica zew. 22 mm, łącznik żeński średnica wew. 22 mm, kompatybilny z respiratorem Trilogy i aparatami BIPAP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

lek. Bogusław Jasik

dkw am