

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego i mikrotomu rotacyjnego.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

ZAŁĄCZNIK Nr 1-3 do SIWZ – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ – UMOWA DOSTAWY (§ 5 ustęp 3)

Czy dla PAKIETU III (videobronchoskop ultra cienki z sondą radialną), Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja w zakresie uszkodzeń mechanicznych dotyczyła jedynie samego videobronchoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 ust. 3 wzoru umowy w zakresie dotyczącym Pakietu 3. Wobec powyższego § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

“3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń. Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji przekazać Zamawiającemu aparaturę w stanie pełnej gotowości do pracy. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie prac i dostawę wszelkich części zamiennych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie aparatury. (dotyczy Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 3 w zakresie videobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną)

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku: eksploatacji niezgodnej z jej przeznaczeniem, naruszenia zasad instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego, zdarzeń losowych tzw. siły wyższej (np. pożar, powódź, zalanie). Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji przekazać Zamawiającemu aparaturę w stanie pełnej gotowości do pracy. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie prac i dostawę wszelkich części zamiennych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie aparatury. (Dotyczy Pakietu nr 2 oraz Pakietu nr 3 w zakresie wózka do transportu endoskopów oraz dystrybutora do folii)”

Pytanie 2:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ – UMOWA DOSTAWY

§ 5 ustęp 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę, aby przystąpienie do usuwania awarii następowało w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przypadających w dni robocze?

Pytanie 3:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ – UMOWA DOSTAWY

§ 5 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przystąpienia do usuwania awarii liczony był od dnia dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Zamawiający wyraża zgodę w zakresie dotyczącym Pakietu nr 1 i 3, aby przystąpienie do usuwania awarii następowało w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przypadających w dni robocze oraz, aby termin przystąpienia do usuwania awarii liczony był od dnia dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w Pakiecie nr 2.

Wobec powyższego § 5 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

“4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii po otrzymaniu zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie aparatury, nie później niż w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze liczonych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu Wykonawcy. Przez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. (Dotyczy Pakietu nr 1 i 3)

Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii po otrzymaniu zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie aparatury, nie później niż w ciągu 24 godzin przypadających w dni robocze. Przez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. (Dotyczy Pakietu nr 2)”

Pytanie 4:


ZAŁĄCZNIK Nr 1-3 do SIWZ – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PAKIET III (videobronchoskop ultra cienki z sondą radialną),

Punkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wysokiej jakości videobronchoskopu wyposażonego w przetwornik CCD kolor, realizującego obrazowanie w formacie HDTV 1080p w połączeniu z procesorem Exera III, będącym w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania wysokiej jakości videobronchoskopu wyposażonego w przetwornik CCD kolor, realizującego obrazowanie w formacie HDTV 1080p w połączeniu z procesorem Exera III.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Lek. Rozwielow Jasik