

E.ZP.261.46.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów i urządzeń do monitorowania funkcji życiowych – postępowanie nr 37 Z PN 17.

Do dnia 11.10.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

PAKIET 1

Przedmiot zamówienia : Respirator – 6 kpl

1. Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji automatycznych westchnień ?
2. Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w funkcje ATC, która jest odpowiednikiem elektronicznej ekstubacji pacjenta z regulacją % wartości kompensacji ale bez automatycznego protokołu odzwyczajania ?
3. Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji opisanych w tym punkcie ?
4. Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie częstości oddechowych: 1 -100 oddechów/minutę ?
5. Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie objętości oddechowych 25 – 2500 ml ?
6. Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia wdechowego przy wentylacji PCV: 5 – 90 cmH₂O /
7. Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia PSV: 0 – 70 cmH₂O ?
8. Punkt 26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia PEEP/CPAP: 0 – 45 cmH₂O ?
9. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o regulowanym czasie wdechu w zakresie 0,2 – 8,0 sekund ?
10. Punkt 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez prezentacji wartości częstości oddechów spontanicznych ? Wartość ta jest łatwa do wyliczenia gdyż jest to różnica dwóch wartości prezentowanych na respiratorze: całkowitej częstości w i częstości oddechów wymuszonych.
11. Punkt 37. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem objętości przecieku pojedynczego oddechu a nie przecieku wentylacji minutowej ?
12. Punkt 44. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem AutoPEEP a bez pomiaru objętości pułapki powietrznej przy AutoPEEP ?
13. Punkt 50. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez monitorowania częstości oddechów wymuszonych ? Częstość oddechów wymuszonych jest zawsze równa nastawionej częstości oddechowej.
14. Punkt 51. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem CO₂ i prezentacją krzywej kapnograficznej ale bez krzywej volumetrycznej CO₂ ?
15. Punkt 52. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością wykonania ręcznego manewru kreślenia krzywej P/V ?
16. Punkt 53. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ekranem o przekątnej 15 cali ?

17. Punkt 68/69. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością wyświetlania na ekranie opisów poszczególnych parametrów a nie pełnej instrukcji obsługi?
18. Punkt 74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z galwanicznym czujnikiem przepływu?
19. Punkt 74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w najnowszej generacji nebulizator działający na zasadzie drgającej membrany (bez konieczności stosowania dodatkowego przepływu) ale pracujący w sposób ciągły?
20. Punkt 78. Prosimy o rezygnację z tego wymogu. Zamawiający wymaga aby respirator był zamontowany na kolumnie a nie na podstawie jezdnej do której mogą być zamontowane kosze na akcesoria. Poza tym Zamawiający podaje dokładne wymiary kosza, które są charakterystyczne dla jednej firmy, inne firmy mają koszyki o innych wymiarach. Jest to parametr absolutnie nie wpływający na możliwości wentylacyjne a jednocześnie jest to parametr konieczny do spełnienia.
21. Punkt 79. Prosimy o wykreślenie wymogu „W ofercie firmy dostępny uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta” Jest to parametr bezwzględnie wymagany do spełnienia mimo iż Zamawiający nie wymaga jego dostarczenia a jedynie potwierdzenia, że jest w ofercie firmy. Zamawiający wymaga montowania respiratora na kolumnie i zasilanego w gazy (powietrze i tlen) ze ściany. Tak więc nie będzie możliwości zastosowania tego respiratora w transporcie.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji automatycznych westchnień.
- Ad.2 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora wyposażonego w funkcję ATC.
- Ad.3 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora bez funkcji opisanych w punkcie 21.
- Ad.4 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie częstości oddechowych: 1 -100 oddechów/minutę.
- Ad.5 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie objętości oddechowych 25 – 2500 ml.
- Ad.6 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia wdechowego przy wentylacji PCV: 5 – 90 cmH₂O /.
- Ad.7 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia PSV: 0 – 70 cmH₂O.
- Ad.8 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie ciśnienia PEEP/CPAP: 0 – 45 cmH₂O.
- Ad.9 Zamawiający dopuści do przetargu respirator o regulowanym czasie wdechu w zakresie 0,2 – 8,0 sekund.
- Ad.10 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora bez prezentacji wartości częstości oddechów spontanicznych.
- Ad.11 Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem objętości przecieku pojedynczego oddechu a nie przecieku wentylacji minutowej.
- Ad.12 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora z pomiarem AutoPEEP bez pomiaru objętości pęłapki powietrznej przy AutoPEEP.
- Ad.13 Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez monitorowania częstości oddechów wymuszonych.
- Ad.14 Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem CO₂ i prezentacją krzywej kapnograficznej ale bez krzywej wolumetrycznej CO₂.
- Ad.15 Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością wykonania ręcznego manewru kreślenia krzywej P/V przy zachowaniu pozostałych zapisów zawartych w punkcie 52.
- Ad.16 Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ekranem o przekątnej 15 cali.
- Ad.17 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora z możliwością wyświetlania na ekranie opisów poszczególnych parametrów a nie pełnej instrukcji obsługi.
- Ad.18 Zamawiający nie dopuści do przetargu respiratora z galwanicznym czujnikiem przepływu.
- Ad.19 Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w najnowszej generacji nebulizator działający na zasadzie drgającej membrany (bez konieczności stosowania dodatkowego przepływu) ale pracujący w sposób ciągły. Jednocześnie Zamawiający precyzuje, że wymaga 2 sztuk na respirator czujników przepływu wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji.

Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.10.2017r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – *po modyfikacji* – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Ad.20 Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zawartego w punkcie 78. Zamawiający wymaga minimum 2 koszy na respirator o wymiarach 15x48x10 cm (+/- 5 cm na każdy wymiar).

Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.10.2017r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – **po modyfikacji** – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Ad.21 Zamawiający wykreśla zapis: „W ofercie firmy dostępny uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta”.

Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.10.2017r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – **po modyfikacji** – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

