

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz rękawic lateksowych do przygotowywania leków cytostatycznych.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice o AQL 0,65.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, które posiadają rejestracje i dokumenty wyłącznie jako środek ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustanowił w SIWZ wymagania w zakresie rejestracji rękawic chirurgicznych. Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, które posiadają rejestrację i dokumenty wyłącznie jako środek ochrony osobistej kategorii III.

Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu 9

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, typu Murphy. Rurka wykonana z elastycznego PVC, z prowadnicą.

Zbrojenia na całej długości rurki, pakowana prosto z łącznikiem 15mm, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, zawiera ftalany, sterylna, jednorazowego użytku, trwale i szczelnie opakowana z datą ważności na każdej sztuce?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1-9 do SIWZ.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

