

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę myjni do endoskopów.

Modyfikacja

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu umowy, polegającej na:

1) zmianie zapisu punktu 3.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – nie jest wymagane dla następujących części składowych myjni: . drukarka, uzdatniacz/zmiękcacz wody, system filtracji powietrza sprężonego/kompresor, ociekacz ze stali kwasoodpornej pod myjnią.

2) zmianie zapisu punktu 10.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm. - nie jest wymagana dla następujących części składowych myjni: . drukarka, uzdatniacz/zmiękcacz wody, system filtracji powietrza sprężonego/kompresor, ociekacz ze stali kwasoodpornej pod myjnią.

3) zmianie zapisu §1 ust 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności jest wyrobem medycznym (za wyjątkiem niemedycznych części składowych urządzenia tj. drukarki, uzdatniacza/zmiękcacza wody, systemu filtracji powietrza sprężonego/kompresora, ociekacza ze stali kwasoodpornej pod myjnią – jeżeli dotyczy) oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.”

4) ewentualna zmiana załącznika nr 2 formularz Oferty

W przypadku zaferowania myjni w cenie zawierającej dla poszczególnych części składowych różne stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto z odpowiednim wyszczególnieniem:

cena netto zł. + 8 % VAT (dotyczy:)

cena brutto zł.

słownie cena brutto (.....),

cena netto zł. + 23 % VAT (dotyczy:)

cena brutto zł.

słownie cena brutto (.....),

Łączna cena netto zł. +% VAT

Łączna cena brutto zł.

słownie cena brutto (.....),

II. W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 20.10.2017r. godz. 8:00** i jednocześnie termin otwarcia ofert ustala na dzień **20.10.2017r. godz. 8:30** – zmianie ulega odpowiednio treść punktów 18.12, 19.2 i 19.4 SIWZ, które otrzymuje następujące brzmienie:

1) „18.12 *Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.*

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: **OFERTA** – przetarg nieograniczony na dostawę myjni do endoskopów. Postępowanie nr **38 Z PN 17**.

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 20.10.2017 r. godz. 8:30.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.”

2) „19.2 *Termin składania ofert upływa z dniem 20.10.2017r. o godz. 8:00.*”

3) „19.4 *Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20.10.2017r. godz. 8:30.*”

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska