

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS.

Modyfikacja

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu umowy, polegającej na:

1) **zmianie zapisu punktu 3.2 SIWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – nie jest wymagane dla modułu zapewniającego funkcjonalność rejestracji sekwencji wideo HD oraz archiwizacji badań oraz uchwytu do wózka pozwalającego na zamontowanie do niego napędu do sondy.

2) **zmianie zapisu punktu 10.1 SIWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm. - nie jest wymagana dla modułu zapewniającego funkcjonalność rejestracji sekwencji wideo HD oraz archiwizacji badań oraz uchwytu do wózka pozwalającego na zamontowanie do niego napędu do sondy.

3) **zmianie zapisu §1 ust. 2** projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności jest wyrobem medycznym (za wyjątkiem uchwytu do wózka pozwalającego na zamontowanie do niego napędu do sondy moduł zapewniający funkcjonalność rejestracji sekwencji wideo HD oraz archiwizacji badań – jeżeli dotyczy) oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.”

4) **zmiana zapisu § 5 ust. 3**, zdanie pierwsze projektu umowy, które otrzymuje następujące brzmienie:

“W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw do wykonywania napraw wynikających z uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych oraz powstaną mimo eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi.”

5) ewentualna zmiana załącznika nr 2 formularz Oferty

W przypadku zaoferowania bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS w cenie zawierającej dla poszczególnych części składowych różne stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto z odpowiednim wyszczególnieniem:

cena netto zł. + 8 % VAT (dotyczy:)

cena brutto

słownie cena brutto (.....),

cena netto zł. + 23 % VAT (dotyczy:)
cena brutto zł.
słownie cena brutto (.....),

Łączna cena netto zł. +% VAT
Łączna cena brutto zł.
słownie cena brutto (.....),

II. W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 19.10.2017r. godz. 8:00** i jednocześnie termin otwarcia ofert ustala na dzień **19.10.2017r. godz. 8:30** – zmianie ulega odpowiednio treść punktów 18.12, 19.2 i 19.4 SIWZ, które otrzymuje następujące brzmienie:

1) „18.12 *Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.*

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: **OFERTA** – przetarg nieograniczony na dostawę bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS . Postępowanie nr **39 Z PN 17**.

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 19.10.2017 r. godz. 8:30.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

2) „19.2 *Termin składania ofert upływa z dniem 19.10.2017 r. o godz. 8:00.*

3) „19.4 *Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.10.2017 r. godz. 8:30.*

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Marola Brodowska