

E.ZP.261.47.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS.

Do dnia **13.10.2017r.** do godziny 9.00 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 16

Czy Zamawiający wymaga integracji systemu archiwizacji badań z myjnią i szafą endoskopową kompatybilnymi z oferowanym systemem?

Pytanie 2:

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby moduł zapewniający funkcjonalność rejestracji sekwencji wideo HD oraz archiwizacji badań nie był wyrobem medycznym i tym samym nie posiadał dokumentów, o których mowa w SIWZ (punkt 10.1) i projekcie umowy (§ 1 ustęp 2)?

Pytanie 3:

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagany uchwyt do wózka pozwalający na zamontowanie do niego napędu do sondy nie był wyrobem medycznym i tym samym nie posiadał dokumentów, o których mowa w SIWZ (punkt 10.1) i projekcie umowy (§ 1 ustęp 2)?

Pytanie 4:

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy jednocześnie o zgodę na modyfikację zapisów umowy w następujący sposób:

§ 1

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności jest wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – **jeżeli dotyczy**
3. Wykonawca zobowiązuje się wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczyć następujące dokumenty:
- 2) wymagane świadectwo dopuszczenia do obrotu, atest, certyfikat, itp.; - **jeżeli dotyczy**

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

Pytanie 5:

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści, aby urządzenie wyposażone było w sondę o następujących parametrach:

- Rodzaj skanowania: mechaniczne, radialne
- Tryb skanowania: B-mode
- Zakres skanowania: 360 stopni
- Częstotliwość skanowania: skanowanie wysokiej rozdzielczości - 20MHz
- Średnica końcówki sondy: 1,4 mm
- Średnica sondy: 1,7 mm
- Długość robocza: 2150 mm
- Długość całkowita: 2225 mm
- Możliwa współpraca z przewodnikami biopsyjnymi.
- Napęd do sondy wraz z uchwytem do wózka
- kompatybilność z centralą EU-ME1 lub EU-ME2

która jest znacznie cieńszą sondą i daje możliwość zastosowania w większej ilości wideobronchoskopów, w tym posiadających kanał zaledwie 2,0 mm?

Pytanie 6:

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – UMOWA DOSTAWY

§ 5 ustęp 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu wykonywania na własny koszt Wykonawcy napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji, bez względu na przyczynę ich powstania na rzecz gwarancji zdefiniowanej w KC tj. do wykonywania napraw wynikających z uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych oraz powstaną mimo eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi?

Obecny wymóg naprawy wszelkich uszkodzeń, w szczególności uszkodzeń mechanicznych bez względu na przyczynę ich powstania znacząco wpłynie na wartość oferty.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga integracji systemu archiwizacji badań z myjnią i szafą endoskopową kompatybilnymi z oferowanym systemem.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę, aby moduł zapewniający funkcjonalność rejestracji sekwencji wideo HD oraz archiwizacji badań nie był wyrobem medycznym i tym samym nie posiadał dokumentów, o których mowa w SIWZ (punkt 10.1) i projekcie umowy (§ 1 ustęp 2) - zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 13.10.2017 r.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wymagany uchwyt do wózka pozwalający na zamontowanie do niego napędu do sondy nie był wyrobem medycznym i tym samym nie posiadał dokumentów, o których mowa w SIWZ (punkt 10.1) i projekcie umowy (§ 1 ustęp 2) zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 13.10.2017 r.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 2 zgodnie z treścią modyfikacji z dnia 13.10.2017 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 1 ust.3 pkt 2 projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w sondę o następujących parametrach:

- Rodzaj skanowania: mechaniczne, radialne
- Tryb skanowania: B-mode
- Zakres skanowania: 360 stopni
- Częstotliwość skanowania: skanowanie wysokiej rozdzielczości - 20MHz
- Średnica końcówki sondy: 1,4 mm
- Średnica sondy: 1,7 mm
- Długość robocza: 2150 mm
- Długość całkowita: 2225 mm
- Możliwa współpraca z przewodnikami biopsyjnymi.
- Napęd do sondy wraz z uchwytem do wózka
- kompatybilność z centralą EU-ME1 lub EU-ME2

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy, które otrzymuje brzmienie:

"W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw do wykonywania napraw wynikających z uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych oraz powstaną mimo eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi."

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

