

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu medycznego.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część II.

Pytanie 4:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, względnie zwłoki w wykonaniu innych obowiązków umownych, stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych:
 - 1) Zamawiającemu - w przypadku zwłoki w dostawie aparatury lub wykonania czynności opisanych w § 1 ust. 4 lub § 3 ust. 1 lub 3 w wysokości 0,2% ceny brutto aparatury, w odniesieniu do której Wykonawca nie wykonał czynności określonych niniejszą umową za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% ceny brutto aparatury, w odniesieniu do której Wykonawca nie wykonał czynności określonych niniejszą umową;**

Odpowiedź 1):

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację projektu umowy.

- 2) Zamawiającemu - w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień § 5 ust. 4 – 7 w wysokości 0,2% ceny brutto aparatury naprawianej, wymienianej lub podlegającej przeglądowi, **jednak nie więcej niż 10% ceny brutto aparatury naprawianej, wymienianej lub podlegającej przeglądowi;**

Odpowiedź 2):

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację projektu umowy.

- 3) Zamawiającemu lub Wykonawcy, który odstąpił od umowy - w przypadku odstąpienia od umowy z winy drugiej strony w wysokości 10% łącznej ceny brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonej w § 2 Umowy.

Odpowiedź 3):

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zgodnie z propozycją, § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu lub Wykonawcy, który odstąpił od umowy - w przypadku odstąpienia od umowy z winy drugiej strony w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 2 Umowy.”

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 1**Pozycja 1- Zestaw narzędzi wielokrotnego użytku do strumektomii**

- Hak o wym. 13x42mm zamiast 13x40mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki Heiss delikatnie odgięte o dł. 210mm zamiast 200mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki Halsted-Mosquito o dł. 125mm zamiast 120mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki Metzenbaum o dł. 180mm zamiast 185mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki Metzenbaum o dł. 140mm lub 150mm zamiast 160mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki Toennis Adson o dł. 180mm zamiast 175mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki bez nazwy własnej zamiast Cooper, identyczne z wymaganymi.
- Nożyczki Deaver o dł. 140mm zamiast 145mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Spinak Backhaus 85mm zamiast 90mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Spinak Backhaus o dł. 130mm zamiast 135mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki Allis o dł. 150mm zamiast 155mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Szalki o wym. 210x95mm pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 2**Narzędzia wielokrotnego użytku do torakochirurgii**

- a.) Pinceta bipolarna bez wgłębienia na palec, pozostałe parametry bez zmian.

1a, b) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 5:

W ramach Pakietu 1 pozycja 1 Zamawiający:

1) dopuszcza możliwość zaoferowania następujących akcesoriów:

- Hak o wym. 13x42mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki typu Heiss delikatnie odgięte o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki typu Halsted-Mosquito o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki typu Metzenbaum o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki typu Toennis Adson o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Nożyczki bez nazwy własnej, identyczne z wymaganymi.
- Nożyczki typu Deaver o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Spinak typu Backhaus 85mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Spinak typu Backhaus o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Kleszczyki typu Allis o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

2) nie dopuszcza możliwości zaoferowania następujących akcesoriów:

- Nożyczki typu Metzenbaum o dł. 140mm lub 150mm
- Szalki o wym. 210x95mm.

W ramach Pakietu 1 pozycja 2 Zamawiający **nie dopuszcza możliwości zaoferowania** pincety bipolarnej bez wgłębienia na palec.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego pakietu.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska