

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu medycznego.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Część 2 Ssak operacyjny – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu 55dB(A)? Poziom hałasu jest tylko nieznacznie wyższy. Dopuszczenie do przetargu naszego urzędnia zwiększy konkurencyjność postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o poziomie hałasu 55dB(A).

Pytanie 2:

Część 2 Ssak operacyjny – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak posiadający płynną regulację wydajności aż do 60l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ssak posiadający płynną regulację wydajności aż do 60l/min.

Pytanie 3:

Część 2 Ssak operacyjny – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak posiadający płynną regulację wydajności aż do 5l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ssaka posiadającego płynną regulację wydajności aż do 35l/min?

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

