

Bydgoszcz, dnia 15.11.2016r.

A.ZP.261.58.2016

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę videobronchofiberoskopów.

Do dnia 14.11.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1:

- Punkt 16 – 2 kpl. videobronchofiberoskopów wyposażone – każdy w urządzenie ssące o wydajności min. 60 l/min

Czy w związku z faktem, że wyposażenie ssaków nie jest w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobem medycznym (pojemniki, zakrywki, wkłady do pojemników), Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację dla tych artykułów z posiadania deklaracji zgodności i wyrazi jednocześnie zgodę na zaferowanie tego wyposażenia z 23% stawką podatku VAT?

### Pytanie 2:

- § 5 ustęp 3

Czy w kontekście zapisów ustępu 3 („w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury”) Wykonawca będzie zobligowany również do wykonywania napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np. zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów)?

### Pytanie 3:

- § 5 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany aparatury na nową po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu wynosił 21 dni roboczych?

*Obecnie wymagany termin jest nierealny z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest wysokospecjalistyczna aparatura medyczna pochodząca z importu.*

### Pytanie 4:

- § 5 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy urządzenia zastępczego następowały w przypadku napraw gwarancyjnych przekraczających 72 godziny liczone w dni robocze?

**Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Odpowiedź na pytanie 1 :**

Przedmiotem zamówienia są 2 kpl videobrochofiberoskopów wyposażonych w urządzenie ssące, bez wyposażenia jednorazowego (pojemniki, zakrywki, wkłady do pojemników). Zamawiający podtrzymuje obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności dla przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę par. 5 ust. 3 umowy:

„3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np. zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancierza, zużycie mechaniczne naciągów). Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do pracy. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie prac i dostawę wszelkich części zamiennych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie aparatury.”

**Odpowiedź na pytanie 3 :**

Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę par. 5 ust. 5 umowy:

„5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić aparaturę na nową po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego aparatury do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

**Odpowiedź na pytanie 4 :**

Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawy urządzenia zastępczego następowały w przypadku napraw gwarancyjnych przekraczających 72 godziny liczone w dni robocze. W związku z powyższym zapis § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na czas napraw gwarancyjnych przekraczających 72 godziny przypadające w dni robocze Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.”

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
mgr Mariola Brodowska