

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej jałowej oraz szpitalnych wyrobów papierowych.

Do dnia 30.11.2017r. godz. 12 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pakiet 1

Czy Zamawiający ww. pozycji wymaga rękawic lateksowych czy też pozbawionych lateksu.

2. SIWZ pkt.11

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą (Załącznik nr 4).

3. Wzór umowy § 11 ust.1)

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?


4. Wzór umowy § 11 ust.7)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

5. – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane zestawu uniwersalnego 2 warstwowego z łata chłonną w składzie:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



6. – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane serwety 120x90cm spełniającej pozostałe wymagania stawiane w SIWZ?

7. – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane serwety 75x90cm spełniającej pozostałe wymagania stawiane w SIWZ?

8. Pakiet nr 4- pozycja nr 1

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych do zabiegów dużych, mokrych, wysokiego ryzyka. Z materiału SMS o gramaturze min. 40g/m². Sterylnych, jednorazowego użytku, zgodnych z normą PN EN 13795, dla wymagań wysokich. Złożonych w sposób umożliwiający bezpieczną aplikację, wiązanych na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, z zapięciem na bezpieczną taśmę regulującą rozmiar dekoltu umożliwiającą wielokrotne odpinanie i zapinanie, z mankietami o długości min. 7cm. Pakowanych podwójnie ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym, z włókniny SMS. W pakiecie minimum 2 ręczniki wysokochołonne o rozmiarze min. 30cm x 30cm długość fartuchów 155cm. Na opakowaniu zewnętrznym 2 etykiety dla potrzeb dokumentacji medycznej.- pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

9. Pakiet nr 4- pozycja nr 2

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z zakładanymi połami, złożonych w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Troki umiejscowione w kartoniku, przy szyi zapięcie na bezpieczną taśmę regulującą rozmiar dekoltu umożliwiającą wielokrotne odpinanie i zapinanie. Wykonanych z materiału SMS o gramaturze min. 40g/m². Przeznaczonych do zabiegów generujących niewielką ilość płynów. Zgodnych z normą EN 13795. pakowanych podwójnie ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym, na zewnętrznym opakowaniu 2 etykiety samoprzylepna dla potrzeb dokumentacji medycznej. W zestawie 2 ręczniki rozmiar min. 30cm x 30cm. Długości fartuchów dla poszczególnych rozmiarów M- 115cm, L- 125cm, XL- 140cm, XXL- 155cm - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

10. Pakiet nr 6-- pozycja nr 1

1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z 2-warstwowego materiału złożonego z warstwy barierowej nieprzemakalnej dla wilgoci ani bakterii oraz z hydrofilowej warstwy z polipropylenowej włókniny o bardzo niskim poziomie pylenia, który wykazuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie zarówno na sucho jak i na mokro, w którym taśma samoprzylepna ma wymiary 10cm x 50cm - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

