

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (0-52) 32 56 600, 700, fax (0-52) 32 56 606
REGON 092356930
(3)

Nr postępowania: 48 Z PN 16
Bydgoszcz, dnia 25.11.2016r.

A.ZP.261.62.2016

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dnia 25.11.2016r. godz. 12.00 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

Dotyczy zadania ssak

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 43x22x32 cm? Proponowane przez nas wymiary różnią się jedynie nieznacznie od wymaganych, przy czym dopuszczenie naszego rozwiązania zwiększy konkurencyjność zamówienia.
2. Czy Zamawiający dopuści ssak bez możliwości zastosowania wkładów jednorazowych? Proponowane przez nas rozwiązanie jest korzystniejsze ekonomicznie i zwiększy konkurencyjność zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ssaka o proponowanych parametrach.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza ssaka, bez możliwości zastosowania wkładów jednorazowych.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

afy