

E.ZP.261.52.2018

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, szwów chirurgicznych, opatrunku i leku do operacji tarczyc oraz zestawu do drenażu opłucnej – postępowanie nr 48 Z PN 18.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### 1. Pytanie do pakietu nr 1: Zestaw do drenażu jamy opłucnej

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w miejsce pierwotnych parametrów oraz celem zwiększenia konkurencyjności ofert – sterylne wielofunkcyjnego trzykomorowego zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z jednym drenem łączącym – Compact.

Komorą kolekcyjną o pojemności 2100 ml wyskalowaną, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml. Drenaż wyposażony w wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H<sub>2</sub>O. Pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu. Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze kolekcyjnej, drenaż posiada możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komór. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw wyposażony w kłamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści. Dren schodkowy, nie wymagający korzystania z łączników, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Dren wyposażony w spiralną ochronę przed załamaniem drenu łączącego, również bezlateksową. Drenaż o budowie kompaktowej, posiadający zarówno stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie, jak również system wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport ręczce umożliwiającej zawieszenie drenażu z każdej strony łóżka pacjenta, w opakowaniu zbiorczym 6 szt. ?

**Ad.1** Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z modyfikacją treści Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1), dokonaną pismem z dnia 28.11.2018 roku – *Modyfikacja III*.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do drenażu jamy opłucnej: Kompaktowy, dwukomorowy zestaw do drenażu jamy opłucnej skalowany do pojemności 2300ml zawierający: komorę kolekcyjną, komorę zastawki wodnej, port igłowy do pobierania próbek, 2 x elastyczne dreny łączące, bezłateksowe, z zatyczką, zabezpieczone przed zagięciem, uchwyt do przenoszenia i powieszenia, port do podłączenia i współpracy z "przenośną próżnią". Rozmiar do 35cm, posiadający kwadratową podstawę, mechaniczną regulację ssania 10-40cm H<sub>2</sub>O. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie razem z serwetą.

Ad.2 Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z modyfikacją treści Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1), dokonaną pismem z dnia 28.11.2018 roku – *Modyfikacja III*.

3. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrótnie tnącą?

Ad.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

4. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką niebieską?

Ad.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

5. **Pakiet 6, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą tnącą w miejsce igły „super tnącej”?

Ad.5 Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.

6. **Dotyczy zapisów SIWZ, zał. 5**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Ad. 6 Zamawiający określił w pkt. 11.1 SIWZ termin i sposób złożenia stosownego oświadczenia.

7. **Dot. upoważnienia**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Ad.7 Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej stanowiące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

**8. Dot. § 6 ust. 3 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację ww ust. na zapis:

W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów **z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorrespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi**, którą Zamawiający zobowiązany (...)

**Ad.8** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

**9. Dot. § 10 ust. 2 wzoru umowy**

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w pkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: „.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową oraz:

1/ powtarzającej się **trzykrotnej kolejnej** złej jakości przedmiotu umowy

2/ w przypadku reklamowania towaru z tej samej przyczyny co najmniej **kolejno 3-krotnie**

3/ bezzasadnego nie uwzględniania reklamacji ”.

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

**10. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści Zestaw do drenażu opłucnej znanej amerykańskiej firmy o następujących parametrach:**

Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną. Wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H<sub>2</sub>O. Zastawka wodna pracująca do -20cm wody. Zbiornik o pojemności 2500ml, wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml i co 2ml do pojemności 200ml posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu z króćcem typu Luer-Lock. Wysokość ok. 36 cm i konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej w pozycji ( pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i-wewnątrz folii- w serwetę. Z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenażu po stronie pacjenta. Z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi. Z załączoną gruszką wypełnioną sterylnym płynem w odpowiedniej ilości, nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczenia płynu przez obsługującą osobę. Z wbudowanym zaworem na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia.

**Ad.10** Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z modyfikacją treści Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1), dokonaną pismem z dnia 28.11.2018 roku – *Modyfikacja III*.

**11. Pakiet 4, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a'3 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad.11** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia pakowanego a'3 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1500 opak.

f  
ca

- 12. Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści szew w kolorze niebieskim?  
**Ad.12** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- 13. Pakiet 7, poz. 1, 3** Czy Zamawiający dopuści igłę ze szwem o dł.70cm?  
**Ad.13** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- 14. Pakiet 7, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści igłę ze szwem o dł.45cm?  
**Ad. 14** Zamawiający wymaga zaofierowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- 15. Pakiet 7** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, monofilamentowy, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach ok. 50% po 42 dniach, czas wchłonięcia 180-210?  
**Ad.15** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- 16. Pakiet 3 poz.1** Czy Zamawiający dopuści butelki Redona nieposiadające odklejanej etykiety, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  
**Ad. 16** Zamawiający wymaga zaofierowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- 17. Pakiet 3 poz.2-4** Czy Zamawiający dopuści dreny Redona nieposiadające odklejanej etykiety, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  
**Ad. 17** Zamawiający wymaga zaofierowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- 18. Pakiet 3 poz.2-4** Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 80cm?  
**Ad. 18** Zamawiający wymaga zaofierowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.
- 19. Pakiet 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania w toku postępowania 48: Z PN 18 pakiecie nr 2 pozycja nr 1 produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydźcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskarcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki. Rozmiar: 2,7 x2,7cm pakowany po 5szt. w opakowaniu. Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta/ dostawcę, proponującego produkt posiadający swoiste- opisane w SIWZ cechy, niekoniecznie wymagane zarówno przez stosowane terapie, jak i ze względu na powszechną praktykę w tym zakresie. ,

Zastosowanie produktu o nazwie handlowej Hemopatch spowoduje osiągnięcie tego samego rezultatu, jaki byłby osiągnięty przy zastosowaniu opisanego w postępowaniu przetargowym, konkurencyjnego wyrobu.

Istotę stosowania każdego produktu, w tym Hemopatch, stanowi jego wskazanie, skuteczność i bezpieczeństwo w stosowaniu. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone badaniami klinicznymi. Konkurencyjna cena przyczyni się do zmniejszenia kosztów leczenia.

**Ad. 19** Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.

## 20. Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do drenażu klatki piersiowej o nowocześniejszej konstrukcji, posiadającego komorę kolekcyjną o poj. 1000 ml. z możliwością zwiększenia jej pojemności poprzez przyłączenie worka kolekcyjnego o poj. 1000 ml.

Zestaw nie wymagający dodatkowej komory dla ustalania jednokierunkowej zastawki wodnej, ponieważ wyposażony jest w suchą, mechaniczną jednokierunkową zastawkę na wejściu do komory kolekcyjnej.

Zestaw posiada mechaniczną regulację siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O

Zestaw 35 cm z prostokątną podstawą.

Ponadto, zestaw ten posiada jeszcze inne unikalne cechy, a mianowicie:

- pracuje zarówno jako drenaż bierny i czynny
- posiada dodatkowy, wyskalowany optyczny wskaźnik potwierdzający faktyczną siłę ssania w jamie opłucnowej
- wyposażony w specjalną komorę z siedmiostopniową skalą do monitorowania wielkości przecieku doopłucnowego
- posiada kontrolkę sygnalizującą rozprężenie płuc
- posiada kontrolkę sygnalizującą niedrożność drenu w kierunku pacjenta
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- podwójny zawór odbarczający, zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
- dzięki zainstalowaniu zastawki jednokierunkowej na wejściu do komory kolekcyjnej, wyeliminowana została przestrzeń martwa występująca w standardowych zestawach
- zestaw pracuje poprawnie zarówno w pozycji pionowej oraz poziomej
- zestaw jest gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta, bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – typu zalewania płynem dla ustalenia jednokierunkowej zastawki
- dzięki zastosowaniu kranika spustowego umożliwiającego odlewanie treści do worka kolekcyjnego, zestaw przewidziany jest do ciągłej pracy przez siedem dni

**Ad. 20** Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z modyfikacją treści Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1), dokonaną pismem z dnia 28.11.2018 roku – *Modyfikacja III*.

## 21. Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez określenie „przenośna próżnia” z którą miałby być kompatybilny zestaw do drenażu klatki piersiowej

**Ad. 21** Przenośna próżnia – możliwość podłączenia zestawu do drenażu w każdej sali chorych i pomieszczeniach zabiegowych.

### UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
mgr Mariola Brodowska

17

2

