

Bydgoszcz, dnia 13.01.2016r.

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materiałów do sterylizacji  
– procedura konkursowa nr **01 Z PK 16**.

Do dnia 12.01.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Zaproszenia:

1. Pakiet 12, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyt był wykonany w sposób umożliwiający kontrolę mycia z czterech kierunków?

2. Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o korektę norm, jakie mają spełniać torebki włókninowe, które powinny być zgodne z normą PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz ISO 11607-1.

### Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


Ad.1 Zamawiający zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia wymaga, aby uchwyt był kompatybilny z testem kontroli mycia ultradźwiękowego.

Ad.2 Zamawiający wymaga, aby opakowania spełniały wymagania normy PN – EN 868-3, PN EN 868-5 oraz ISO 11607-1,2.

Zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.01.2016r.

*Obowiązujący wzór Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.*

*Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.*

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
  
mgr Mariola Brodzowska

dy