

Bydgoszcz, dnia 18.05.2017r.

E.ZP.261.18.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
– procedura konkursowa nr **04 Z PK 17**.

Do dnia 16.05.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Zaproszenia:

1. Dotyczy Pakiet 1 , punkt 1
- Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego endostaplery o długości ramienia 260 mm, rozmiar 45/3,5 oraz 45/4,8 zamykające odpowiednio na 1,5 mm i 2,0 mm do wyboru przez zamawiającego?
2. Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 40 ml skalowany co 5 ml?
3. Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 100 ml skalowany co 10 ml?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Ad.2 i Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie, wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska