

Bydgoszcz, dnia 21.06.2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: procedury konkursowej na dostawę dozowników sekwencyjnych.

Wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Zaproszenia:

1. Czy Zamawiający dopuści dostawę dozowników sekwencyjnych tlenowych z nawilżaczem wielorazowego użytku do wtyków typu: AGA. Dozowniki wyposażone w nawilżacz z butlą wykonaną z bardzo wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu o poj. 210 ml nadające się do dezynfekcji termicznej i sterylizacji w temperaturze 121°C, z zakresem regulacji przepływu:

Sekwencje przepływu

1	0	0,25	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	31
2	0	0,5	1	2	3	4	6	9	12	15	25
3	0	1	2	4	8	12	16	20	25	30	2
4	0	1	2	4	8	12	16	20	25	30	1
5	0	0,5	1	2	3	4	6	9	12	15	8
6	0	0,5	1	2	3	4	6	9	12	15	6
7	0	0,25	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	39
8	0	0,5	1	2	3	4	6	9	12	15	2
9	0	0,25	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	6
10	0	0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	12
11	0	0,5	1	2	3	4	6	9	12	15	6
RAZEM:											138

Proponowane rozwiązanie zapewnia i przewyższa wymagane wartości przepływów, dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli zaoferować bardzo dobrej jakości sprzęt, w niższej cenie. Oferowane dozowniki posiadają zwartą, kompaktową budowę, są proste w obsłudze i odporne na uszkodzenia, spełniają wszystkie wymagania określone w dyrektywie medycznej, posiadają oznakowanie CE i są dopuszczone do obrotu w Polsce. Jest to sprzęt jednego z wiodących europejskich producentów sprzętu do tlenoterapii.

2. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej do 26.06.2018, aby zapewnić czas na przygotowanie oferty.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska