

Procedura konkursowa nr: 10 Z PK 17

Bydgoszcz, dnia 29.12.2017 r.

E.ZP.261.58.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: procedury konkursowej na dostawę materiałów do sterylizacji.

Do godziny 12:00 dnia 29.12.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Zaproszenia do złożenia oferty:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające nielaminowany arkusz testowy? Substancja testowa oferowanych testów jest nietoksyczna oraz niebrudząca.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy mycia zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Pytanie 3:

Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych w postaci pasków wykonanych z syntetycznego papieru odpornego na warunki mycia i dezynfekcji?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane testy. Wszystkie wymagania postawione testom są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wszystkie wymagania postawione testom są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuści każdy test, który je spełni.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane testy. Wszystkie wymagania postawione testom są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga testu w postaci metalowej płytki, zatem nie dopuszcza innego nośnika substancji testowej.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska