

Bydgoszcz, dnia 02.01.2017r.

Do Wykonawców

Dotyczy: procedury konkursowej na dostawę materiałów do sterylizacji.


Do dnia 02.01.2017 r. godz. 10.00 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Zaproszenia do złożenia oferty:

1. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 8-13: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową folię? Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
2. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 8-13: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
3. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 13: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 300mm/80mm Zamawiający dopuści rękaw 300mm/70mm?
4. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające nielaminowany arkusz testowy? Substancja testowa oferowanych testów jest nietoksyczna oraz niebrudząca, dodatkowo testy Bowie Dick przeprowadzane są w pustym autoklawie, zatem nie ma on kontaktu z materiałem sterylnym.
5. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia oraz kompatybilny z nimi uchwyt ze stali kwasoodpornej?
6. Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych w postaci pasków wykonanych z syntetycznego papieru odpornego na warunki mycia i dezynfekcji?
7. Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja 1: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto [niepełne grosze] Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za rolkę tj. 500 sztuk etykiet?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu cenowym / Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2) pkt.6, „Folia – co najmniej 5 warstwowa, (bez warstwy klejącej)”, zatem Zamawiający dopuści każdy produkt spełniający wymagania.

- Ad.2 Ze względów technicznych i organizacyjnych Zamawiający podtrzymuję pełen asortyment pakietu, oferta musi obejmować cały pakiet.
- Ad.3 Wymagania dotyczące rozmiarów opakowań papierowo – foliowych zostały ściśle określone w Formularzu cenowym / Przedmiot zamówienia. Są optymalne do potrzeb Zamawiającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza opakowania w rozmiarach max. + 10 mm w stosunku do podanych w tabeli Formularza cenowego / Przedmiot zamówienia. Zatem rękawów, których rozmiary nie mieszczą się w ustalonych przez Zamawiającego granicach, nie dopuszcza się.
- Ad.4 Wszystkie wymagania stawiane testom zostały ściśle określone w Formularzu cenowym /Przedmiot zamówienia i Zamawiający nie przewiduje zmian, zatem nie dopuszcza nielaminowanego arkusza testowego.
- Ad.5 Wszystkie wymagania stawiane testom zostały ściśle określone w Formularzu cenowym /Przedmiot zamówienia i Zamawiający nie przewiduje zmian. Zamawiający wymaga czteropłaszczyznowego testu zatem nie dopuszcza jednopłaszczyznowego testu.
- Ad.6 Wszystkie wymagania stawiane testom zostały ściśle określone w Formularzu cenowym /Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga testu w postaci metalowej płytki, zatem nie dopuszcza innego nośnika substancji testowej.
- Ad.7 Zamawiający podtrzymuje sposób wyceny zawarty w Zaproszeniu.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

lek. Bogusław Jasik